

符合性评审汇总表

项目编号	诸政采2022-12-03	项目名称	诸暨市妇幼保健院医疗器械采购项目（一）-标项1
采购方式	公开招标	开标时间	2022-12-27 09:00:00
符合性审查人员		开标地点	政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均须准时在“政府采购云平台”在线参加。
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	诸暨市三卓医疗设备有限公司	符合	
2	诸暨市三禾药品有限公司	符合	
3	杭州中伟医疗电子设备有限公司	符合	
4	杭州聚贤医疗器械有限公司	不符合	<p>2. 序号11：灭菌器主体寿命及材质未提供产品质量证明书。</p> <p>序号14：净化效果未提供具有CMA认证及CNAS认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>2. 序号11灭菌器主体寿命及材质提供产品质量证明材料不全。</p> <p>序号14净化效果未提供具有CMA认证及CNAS认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>2. 序号11主体寿命及材质没有提供产品质量证明书。序号14净化效果没有提供CMA认证及CNAS认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>2. 序号11. 无法提供主体寿命的产品质量证明。</p> <p>序号14. 未提供有效的检测报告。</p> <p>2. 序号11：在主体寿命、材料未提供产品质量证明书证明。</p> <p>序号14：在净化效果中未提供有效检测报告。</p> <p>2. 序号11. 灭菌器主体寿命及材质，投标文件中没有提供大于等于30000次灭菌循环的证明材料。</p> <p>序号14. 净化效果，投标文件没有提供检测报告</p> <p>2. 1、序号11：主体寿命要求30000次灭菌循环，未提供证明。</p> <p>2、序号14：废气中环氧乙烷浓度低于120mg/m³，未提供具有CMA认证及CNAS认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。</p>

签名：