

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江工商大学便携式脑电仪采购项目（ZJ-2211549）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京众标电子科技有限公司	南京裕邦医疗器械有限公司	深圳市瀚翔生物医疗股份有限公司
1	技术	技术指标：技术指标完全满足采购文件要求的得20分，一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，经评标委员会一致认可，每项扣2分。	0-20	20	18	20
2	技术	产品配置的先进性、完整性和适用性：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求，但描述简单的，得2分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	1	3
3	技术	产品的稳定性、可操作性和可维护性：所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
4	技术	总体技术方案：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求，但描述简单的，得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
5	技术	产品总体性能及质量水平：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，但描述简单的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
6.1.1	技术	1、要求设备升级简单便携，只需要在原有的放大器上添加导联模块，无需再购置完整的放大器设备，为后期的升级节省成本；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.2	技术	2、直流充电电源，与放大器分离，可自行更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.3	技术	3、采样率：45kHz以上(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.1	技术	1、电极帽上的每根电极最前端均带显示灯可直观地察看电极阻抗及连通状况。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.2	技术	2、电极帽为主动式活动电极帽，每根电极可自由拆卸，个别电极损坏时，可自行轻松更换，无需返厂及使用专业设备维修更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.1	技术	1、记录分析分离：记录采集数据时，可以同时分析处理已采集的数据；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.2	技术	2、采用目录树式浏览结构，并且可批处理实验数据(1分)	0-1	0	0	1
7	商务资信	供货进度计划及安排：针对本项目的供货进度要求，投标人的具体实施计划及安排具体、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	5	5	5
8	商务资信	质量保证措施：针对本项目的质量要求，投标人的具体质量保证措施全面、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	5	5	5
9	商务资信	技术服务、培训方案：针对本项目的技术服务和培训要求，投标人的服务方案完整、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分。	0-5	5	5	5

10	商务 资信	售后服务方案：投标人的售后服务方案、售后服务承诺可行，服务承诺落实的保障措施有效，质保期内的后续技术支持和维护能力情况是否满足招标需求的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	5	5	5
11	商务 资信	售后服务响应时间：投标人承诺不超过12小时之内到达现场进行处理，得1分	0-1	1	1	1
12	商务 资信	质保期：质保期在满足招标文件要求的基础上，所有产品每延长一年加0.5分,最多加1.5分	0-1.5	0	0	0
13	商务 资信	业绩：投标人或投标产品自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份合同得0.5分，最高得3分（以提供的合同原件的扫描件为准，同一份合同不重复计分）	0-3	1	2	3
14.1	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；	0-0.5	0	0	0
14.2	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分	0-0.5	0	0	0
15.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
合计			0-70.0	50	48	66

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江工商大学便携式脑电仪采购项目（ZJ-2211549）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京众标电子科技有限公司	南京裕邦医疗器械有限公司	深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
1	技术	技术指标：技术指标完全满足采购文件要求的得20分，一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，经评标委员会一致认可，每项扣2分。	0-20	20	18	20
2	技术	产品配置的先进性、完整性和适用性：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求，但描述简单的，得2分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	1	1	2
3	技术	产品的稳定性、可操作性和可维护性：所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	1	1	2
4	技术	总体技术方案：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求，但描述简单的，得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	1	1	2
5	技术	产品总体性能及质量水平：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，但描述简单的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	1	2	3
6.1.1	技术	1、要求设备升级简单便携，只需要在原有的放大器上添加导联模块，无需再购置完整的放大器设备，为后期的升级节省成本；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.2	技术	2、直流充电电源，与放大器分离，可自行更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.3	技术	3、采样率：45kHz以上(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.1	技术	1、电极帽上的每根电极最前端均带显示灯可直观地察看电极阻抗及连通状况。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.2	技术	2、电极帽为主动式活动电极帽，每根电极可自由拆卸，个别电极损坏时，可自行轻松更换，无需返厂及使用专业设备维修更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.1	技术	1、记录分析分离：记录采集数据时，可以同时分析处理已采集的数据；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.2	技术	2、采用目录树式浏览结构，并且可批处理实验数据(1分)	0-1	0	0	1
7	商务资信	供货进度计划及安排：针对本项目的供货进度要求，投标人的具体实施计划及安排具体、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	3
8	商务资信	质量保证措施：针对本项目的质量要求，投标人的具体质量保证措施全面、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	3

9	商务 资信	技术服务、培训方案：针对本项目的技术服务和培训要求，投标人的服务方案完整、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分。	0-5	3	3	3
10	商务 资信	售后服务方案：投标人的售后服务方案、售后服务承诺可行，服务承诺落实的保障措施有效，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况是否满足招标需求的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	3
11	商务 资信	售后服务响应时间：投标人承诺不超过12小时之内到达现场进行处理，得1分	0-1	1	1	1
12	商务 资信	质保期：质保期在满足招标文件要求的基础上，所有产品每延长一年加0.5分,最多加1.5分	0-1.5	0	0	0
13	商务 资信	业绩：投标人或投标产品自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份合同得0.5分，最高得3分（以提供的合同原件的扫描件为准，同一份合同不重复计分）	0-3	1	2	3
14.1	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；	0-0.5	0	0	0
14.2	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分	0-0.5	0	0	0
15.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
合计			0-70.0	38	38	55

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江工商大学便携式脑电仪采购项目（ZJ-2211549）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京众标电子科技有限公司	南京裕邦医疗器械有限公司	深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
1	技术	技术指标：技术指标完全满足采购文件要求的得20分，一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，经评标委员会一致认可，每项扣2分。	0-20	20	18	20
2	技术	产品配置的先进性、完整性和适用性：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求，但描述简单的，得2分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
3	技术	产品的稳定性、可操作性和可维护性：所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
4	技术	总体技术方案：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求，但描述简单的，得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	3	1	3
5	技术	产品总体性能及质量水平：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，但描述简单的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	3	3	3
6.1.1	技术	1、要求设备升级简单便携，只需要在原有的放大器上添加导联模块，无需再购置完整的放大器设备，为后期的升级节省成本；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.2	技术	2、直流充电电源，与放大器分离，可自行更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.3	技术	3、采样率：45kHz以上(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.1	技术	1、电极帽上的每根电极最前端均带显示灯可直观地察看电极阻抗及连通状况。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.2	技术	2、电极帽为主动式活动电极帽，每根电极可自由拆卸，个别电极损坏时，可自行轻松更换，无需返厂及使用专业设备维修更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.1	技术	1、记录分析分离：记录采集数据时，可以同时分析处理已采集的数据；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.2	技术	2、采用目录树式浏览结构，并且可批处理实验数据(1分)	0-1	0	0	1
7	商务资信	供货进度计划及安排：针对本项目的供货进度要求，投标人的具体实施计划及安排具体、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	5	3	5
8	商务资信	质量保证措施：针对本项目的质量要求，投标人的具体质量保证措施全面、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	5	3	5

9	商务 资信	技术服务、培训方案：针对本项目的技术服务和培训要求，投标人的服务方案完整、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分。	0-5	5	3	5
10	商务 资信	售后服务方案：投标人的售后服务方案、售后服务承诺可行，服务承诺落实的保障措施有效，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况是否满足招标需求的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	5
11	商务 资信	售后服务响应时间：投标人承诺不超过12小时之内到达现场进行处理，得1分	0-1	1	1	1
12	商务 资信	质保期：质保期在满足招标文件要求的基础上，所有产品每延长一年加0.5分,最多加1.5分	0-1.5	0	0	0
13	商务 资信	业绩：投标人或投标产品自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份合同得0.5分，最高得3分（以提供的合同原件的扫描件为准，同一份合同不重复计分）	0-3	1	2	3
14.1	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；	0-0.5	0	0	0
14.2	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分	0-0.5	0	0	0
15.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
合计			0-70.0	50	41	66

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江工商大学便携式脑电仪采购项目（ZJ-2211549）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京众标电子科技有限公司	南京裕邦医疗器械有限公司	深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
1	技术	技术指标：技术指标完全满足采购文件要求的得20分，一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，经评标委员会一致认可，每项扣2分。	0-20	20	18	20
2	技术	产品配置的先进性、完整性和适用性：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求，但描述简单的，得2分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	3	2	3
3	技术	产品的稳定性、可操作性和可维护性：所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
4	技术	总体技术方案：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求，但描述简单的，得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
5	技术	产品总体性能及质量水平：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，但描述简单的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	1	2
6.1.1	技术	1、要求设备升级简单便携，只需要在原有的放大器上添加导联模块，无需再购置完整的放大器设备，为后期的升级节省成本；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.2	技术	2、直流充电电源，与放大器分离，可自行更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.3	技术	3、采样率：45kHz以上(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.1	技术	1、电极帽上的每根电极最前端均带显示灯可直观地察看电极阻抗及连通状况。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.2	技术	2、电极帽为主动式活动电极帽，每根电极可自由拆卸，个别电极损坏时，可自行轻松更换，无需返厂及使用专业设备维修更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.1	技术	1、记录分析分离：记录采集数据时，可以同时分析处理已采集的数据；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.2	技术	2、采用目录树式浏览结构，并且可批处理实验数据(1分)	0-1	0	0	1
7	商务资信	供货进度计划及安排：针对本项目的供货进度要求，投标人的具体实施计划及安排具体、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	5	5	5
8	商务资信	质量保证措施：针对本项目的质量要求，投标人的具体质量保证措施全面、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	5

9	商务 资信	技术服务、培训方案：针对本项目的技术服务和培训要求，投标人的服务方案完整、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分。	0-5	3	3	3
10	商务 资信	售后服务方案：投标人的售后服务方案、售后服务承诺可行，服务承诺落实的保障措施有效，质保期内的后续技术支持和维护能力情况是否满足招标需求的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	5	5	5
11	商务 资信	售后服务响应时间：投标人承诺不超过12小时之内到达现场进行处理，得1分	0-1	1	1	1
12	商务 资信	质保期：质保期在满足招标文件要求的基础上，所有产品每延长一年加0.5分,最多加1.5分	0-1.5	0	0	0
13	商务 资信	业绩：投标人或投标产品自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份合同得0.5分，最高得3分（以提供的合同原件的扫描件为准，同一份合同不重复计分）	0-3	1	2	3
14.1	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；	0-0.5	0	0	0
14.2	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分	0-0.5	0	0	0
15.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
合计			0-70.0	47	44	63

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江工商大学便携式脑电仪采购项目（ZJ-2211549）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京众标电子科技有限公司	南京裕邦医疗器械有限公司	深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
1	技术	技术指标：技术指标完全满足采购文件要求的得20分，一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，经评标委员会一致认可，每项扣2分。	0-20	20	18	20
2	技术	产品配置的先进性、完整性和适用性：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求，但描述简单的，得2分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	1	3
3	技术	产品的稳定性、可操作性和可维护性：所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
4	技术	总体技术方案：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求，但描述简单的，得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	2	3
5	技术	产品总体性能及质量水平：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，但描述简单的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-3	2	1	3
6.1.1	技术	1、要求设备升级简单便携，只需要在原有的放大器上添加导联模块，无需再购置完整的放大器设备，为后期的升级节省成本；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.2	技术	2、直流充电电源，与放大器分离，可自行更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.1.3	技术	3、采样率：45kHz以上(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.1	技术	1、电极帽上的每根电极最前端均带显示灯可直观地察看电极阻抗及连通状况。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.2.2	技术	2、电极帽为主动式活动电极帽，每根电极可自由拆卸，个别电极损坏时，可自行轻松更换，无需返厂及使用专业设备维修更换。(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.1	技术	1、记录分析分离：记录采集数据时，可以同时分析处理已采集的数据；(1.5分)	0-1.5	0	0	1.5
6.3.2	技术	2、采用目录树式浏览结构，并且可批处理实验数据(1分)	0-1	0	0	1
7	商务资信	供货进度计划及安排：针对本项目的供货进度要求，投标人的具体实施计划及安排具体、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	5
8	商务资信	质量保证措施：针对本项目的质量要求，投标人的具体质量保证措施全面、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	5

9	商务 资信	技术服务、培训方案：针对本项目的技术服务和培训要求，投标人的服务方案完整、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分。	0-5	3	3	5
10	商务 资信	售后服务方案：投标人的售后服务方案、售后服务承诺可行，服务承诺落实的保障措施有效，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况是否满足招标需求的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分	0-5	3	3	5
11	商务 资信	售后服务响应时间：投标人承诺不超过12小时之内到达现场进行处理，得1分	0-1	1	1	1
12	商务 资信	质保期：质保期在满足招标文件要求的基础上，所有产品每延长一年加0.5分,最多加1.5分	0-1.5	0	0	0
13	商务 资信	业绩：投标人或投标产品自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份合同得0.5分，最高得3分（以提供的合同原件的扫描件为准，同一份合同不重复计分）	0-3	1	2	3
14.1	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；	0-0.5	0	0	0
14.2	商务 资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分	0-0.5	0	0	0
15.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
15.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书	0-0.5	0	0	0
合计			0-70.0	42	39	66

专家（签名）：