

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东新华医疗器械股份有限公司	绍兴庆梵生物科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	浙江省医疗健康集团医药有限公司	大丰智慧（天津）医疗科技有限公司	杭州昭芝闻科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	23.3	24.0	24.0	24.0	22.7	22.4
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	4.0	9.0	4.0	8.0	3.0	3.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	1.0	2.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	2.0	3.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	2.0
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	1.5	3.0	2.5	3.0	2.0	2.0
11	商务	依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。 (1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。 (2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。 (3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。 (4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。	0-12	3.0	11.0	4.0	11.0	3.0	4.0
合计			0-70	42.8	66.0	42.5	62.0	40.7	42.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	24.0
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	7.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	3.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	2.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	0.0
8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	2.0
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	4.0
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	4.0

技术商务资信评分明细表

11	商务	<p>依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。</p> <p>(1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。</p> <p>(2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。</p> <p>(3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。</p> <p>(4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。</p>	0-12	10.0
合计			0-70	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东新华医疗器械股份有限公司	绍兴庆梵生物科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	浙江省医疗健康集团医药有限公司	大丰智慧（天津）医疗科技有限公司	杭州昭芝闻科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	23.3	24.0	24.0	24.0	22.7	22.4
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进行度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	4.0	9.0	4.5	7.5	4.0	3.5
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	1.5
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.0	2.5	1.0	2.5	1.5	1.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	3.5	4.5	3.5	4.0	3.5	3.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	2.0
11	商务	依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。 (1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。 (2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。 (3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。 (4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。	0-12	4.0	10.0	5.0	9.0	5.0	4.0
合计			0-70	46.3	63.5	46.5	57.5	46.2	41.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	24.0
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	6.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	2.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	0.0
8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.5
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	4.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	3.5

技术商务资信评分明细表

11	商务	<p>依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。</p> <p>(1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。</p> <p>(2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。</p> <p>(3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。</p> <p>(4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。</p>	0-12	8.0
合计			0-70	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东新华医疗器械股份有限公司	绍兴庆梵生物科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	浙江省医疗健康集团医药有限公司	大丰智慧（天津）医疗科技有限公司	杭州昭芝闻科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	23.3	24.0	24.0	24.0	22.7	22.4
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	4.5	7.5	5.0	8.0	5.5	4.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	1.2	2.3	1.5	2.5	1.5	1.5
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.2	2.5	1.5	2.5	1.5	1.8
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.0	1.8	1.0	1.7	1.0	1.0
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	3.0	4.0	3.5	4.0	3.5	3.2
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	2.5	3.4	2.7	3.4	2.8	2.2
11	商务	依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。 (1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。 (2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。 (3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。 (4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。	0-12	4.5	10.0	6.5	10.5	5.0	6.0
合计			0-70	46.2	61.5	48.7	59.6	47.5	45.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	24.0
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	6.5
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	2.3
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	2.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	0.0
8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.4
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	3.0
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	3.7

技术商务资信评分明细表

11	商务	<p>依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。</p> <p>(1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。</p> <p>(2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。</p> <p>(3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。</p> <p>(4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。</p>	0-12	10.0
合计			0-70	52.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东新华医疗器械股份有限公司	绍兴庆梵生物科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	浙江省医疗健康集团医药有限公司	大丰智慧（天津）医疗科技有限公司	杭州昭芝闻科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	23.3	24.0	24.0	24.0	22.7	22.4
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	3.2	8.52	4.3	8.5	2.8	2.9
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	1.8	3.0	1.0	3.0	1.0	1.8
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.8	1.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.0	2.0	1.1	2.0	1.0	1.0
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	2.5	4.0	2.5	3.5	2.5	2.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	2.5	3.5	2.5	3.8	2.6	3.2
11	商务	依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。 (1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。 (2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。 (3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。 (4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。	0-12	2.8	11.0	3.5	11.5	4.2	3.6
合计			0-70	43.1	65.02	42.9	62.3	42.6	41.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	24.0
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	5.3
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	3.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	2.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	0.0
8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.9
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	3.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	3.5

技术商务资信评分明细表

11	商务	<p>依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。</p> <p>(1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。</p> <p>(2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。</p> <p>(3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。</p> <p>(4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。</p>	0-12	6.4
合计			0-70	49.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东新华医疗器械股份有限公司	绍兴庆梵生物科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	浙江省医疗健康集团医药有限公司	大丰智慧（天津）医疗科技有限公司	杭州昭芝闻科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	23.3	24.0	24.0	24.0	22.7	22.4
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	4.0	9.0	5.0	8.0	3.0	3.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	1.0	2.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.0	2.5	1.0	2.0	1.0	1.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	0.3
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	2.5	4.0	2.5	3.0	2.5	2.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	2.5	3.5	2.5	3.0	2.5	1.5
11	商务	依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。 (1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。 (2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。 (3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。 (4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。	0-12	2.0	11.0	4.0	11.0	4.5	4.5
合计			0-70	42.8	64.5	43.5	58.0	41.7	40.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	24.0
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	7.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	3.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	2.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	0.0
8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	0.6
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	3.0
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	3.0

技术商务资信评分明细表

11	商务	<p>依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。</p> <p>(1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。</p> <p>(2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。</p> <p>(3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。</p> <p>(4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。</p>	0-12	8.0
合计			0-70	50.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东新华医疗器械股份有限公司	绍兴庆梵生物科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	浙江省医疗健康集团医药有限公司	大丰智慧（天津）医疗科技有限公司	杭州昭芝闻科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	23.3	24.0	24.0	24.0	22.7	22.4
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	4.0	8.0	5.0	7.0	4.0	3.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	1.0	2.5	1.0	2.0	1.0	1.5
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.0	2.5	1.0	2.0	1.0	1.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	0.3
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	2.5	4.0	2.5	3.0	2.5	2.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	2.5	3.5	2.5	3.0	2.5	1.5
11	商务	依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。 (1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。 (2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。 (3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。 (4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。	0-12	3.8	10.0	4.0	10.0	4.5	4.0
合计			0-70	43.6	62.0	43.5	55.0	42.7	39.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	24.0
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	6.0
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	2.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.5
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	0.0
8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	0.5
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	3.0
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	2.8

技术商务资信评分明细表

11	商务	<p>依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。</p> <p>(1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。</p> <p>(2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。</p> <p>(3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。</p> <p>(4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。</p>	0-12	7.0
合计			0-70	46.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东新华医疗器械股份有限公司	绍兴庆梵生物科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	浙江省医疗健康集团医药有限公司	大丰智慧（天津）医疗科技有限公司	杭州昭芝闻科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	23.3	24.0	24.0	24.0	22.7	22.4
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	3.5	8.0	4.5	8.5	4.0	3.5
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	1.5	2.5	2.0	2.8	2.0	2.0
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	1.5	2.5	1.8	2.9	2.0	1.8
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.0	1.5	1.0	2.0	1.0	1.0
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	3.0	4.5	3.3	4.5	3.5	3.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	2.5	3.5	3.2	3.6	3.0	2.0
11	商务	依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。 (1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。 (2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。 (3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。 (4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。	0-12	4.0	10.0	4.5	10.0	4.5	4.5
合计			0-70	45.3	62.5	47.3	61.3	46.7	43.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院吊塔无影灯采购项目（CGSHZJ-2024-N000993）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司
1	商务	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——. 招标项目设备名称及数量—“（四）技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得24分，打▲指标出现负偏离每项扣0.5分；其他一般性指标负偏离扣0.2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-24	24.0
2	商务	所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项加1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加2分。正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。	0-2	0.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：每个案例提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	0.0
4	商务	根据投标设备生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面打分，0-3分。 根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性进行评价，综合所投设备诊疗规范或指南推荐情况、市场应用状况、使用所限等方面打分，0-3分。 根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-3分。	0-9	6.5
5	商务	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、职称、接受原厂培训情况、所投设备既往服务医院情况等方面打分；0-3分。	0-3	2.5
6	商务	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-3分。	0-3	2.0
7	商务	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加1分，不足1年不计分，最高得3分。	0-3	0.0
8	商务	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-2分。	0-2	1.0
9	商务	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。 承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品情况，得2分。	0-5	4.5
10	商务	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-2分； 对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-4	3.5

技术商务资信评分明细表

11	商务	<p>依据投标人提供实物样品的外观、材质、质量、性能、先进性、安全性、实用性、工艺水平等方面综合评审，打分。对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。</p> <p>(1) 仪器平台截面：吊塔、吊桥仪器平台采用高强度、抗静电、防褪色合金一体成型，无铆钉，无拼接结构，四角带防撞，表面防滑工业设计，0-3分。</p> <p>(2) 气体软管：吊塔、吊桥内部气体软管选用耐腐蚀，不易老化材质，工艺先进，经久耐用，0-3分。</p> <p>(3) 气体终端：德标（所投产品应与采购人现有设备气体接口兼容），标识为不同颜色和不同形状以示区别，具有防误插功能，六滚珠或2个插销式结构固定插头设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，0-3分。</p> <p>(4) 整机：外观设计理念先进，科学、实用、美观，符合手术应用要求；采用铝合金或铝镁合金等高强度材料，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；具有升高或旋转限位装置，防腐蚀，0-3分。</p>	0-12	8.0
合计			0-70	52.0

专家（签名）：