

政府采购符合性评审汇总表

项目名称： 三代纳米孔基因测序分析系统采购项目（ 0773-2441GNZSHWGK6609）

| 采购方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2024-12-30 09:00:00 |
|------|---|-------|--|
| 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边） | | |
| 序号 | 供应商 | 符合性情况 | 情况说明 |
| 1 | 杭州易中医疗器械有限公司 | 符合 | |
| 2 | 奥垦科技（苏州）有限公司 | 符合 | |
| 3 | 博励（杭州）生物科技有限公司 | 不符合 | <p>2. 投标文件没有按招标文件提供有标“▲”的条款的资料和材料，具体为“三代纳米孔基因测序分析系统”的“自动化样本制备模块”第16条。；</p> <p>2. 投标文件中未提供招标文件中实质性要求参数的证明资料：自动化样本制备模块第16条。；</p> <p>2. 贵单位投标文件技术要求中“自动化样本制备模块”▲第16项未提供证明材料，根据招标文件投标人须知中投标无效的情形第1.9条：投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的，贵单位投标文件将视为无效投标。；</p> <p>2. 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料（▲16、柔性处理核酸样本，最大程度降低核酸样本片段化，满足三代测序文库对长片段的需求；连接法测序，在使用不低于1500孔芯片时，测序数据量产出，不低于400Mb/小时。（提供测序仪操作软件截图证明））；</p> <p>2. 投标文件没有按招标文件提供有标“▲16柔性处理核酸样本，最大程度降低核酸样本片段化，满足三代测序文库对长片段的需求”这条的资料和材料。；</p> |

符合性审查记录表

| | | | |
|---|---------------------------|----|--|
| 4 | 浙江 自贸区东 润科技有 限公司 | 符合 | |
| 5 | 杭州 方略生物 科技有限 公司 | 符合 | |

签名：