

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：诸暨市中医医院1.5T核磁维保服务采购项目（浙成套工程2023-02-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州泽迈 医疗科技 有限公司	无锡西锐 医疗器械 有限公司	扬州智行 医疗器械 有限公司	九州通 (武汉) 医疗设备 服务有限 公司
1	技术	整体方案：根据投标人对本项目提供的整体服务方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-8	6	4	7	5
2	技术	工具配置及零配件储备情况：投标人必须具备MRI磁共振的全套维修工具：射频功率校准仪、匀场仪、涡流工具、励磁电源工具得3分；具备射频放大器、梯度电源、冷头、常用线圈得2分，本项最高得5分。（投标人须提供维修工具的清单及照片，未提供或提供不全不得分）	0-5	5	3	5	5
3	技术	更换冷头能力：投标人能承诺冷头返回原厂维修或更换的得5分，不能提供承诺的不得分（承诺书格式自拟）。	0-5	5	5	5	5
4	技术	重大故障维修能力证明：投标人必须具备处理本项目MRI设备重大故障的能力，提供MRI处理失超、更换梯度线圈的重大故障维修案例，提供一例，得3分，最高得6分，提供相关的维修报告，不提供不得分。	0-6	6	0	6	3
5	技术	MRI维保项目业绩证明：投标人必须提供同类型设备维保业绩证明，每提供一份得0.2分，最高得2分。（提供相关业绩证明材料，不提供不得分）	0-2	2	0.4	2	0.6
6	技术	拟投入本项目的人员配置情况：投标人配备本项目具有原厂维修资质的工程师相关资质证书复印件、近6个月社保证明、学历证明、合同证明。提供一份得1分，最高得5分。（投标人未提供、提供不全或提供不符合上述要求者不得分。）	0-5	2	0	5	1
7	技术	服务机构认证：投标人需通过ISO9001管理体系认证、通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖产品“MRI（核磁共振成像系统）医疗器械维修服务”，提供有效期内的证书复印件，每种证书得2分，最多不超过8分。未提供或提供不符合要求者不得分。	0-8	8	0	8	0
8	技术	企业信誉证明：投标人需提供第三方评审机构评定的在有效期内的企业信用报告，且信用报告等级为A级，得3分，未提供或者不符合上述要求者不得分。	0-3	3	3	3	3
9	技术	仓库能力：投标人在江浙沪范围内有大于2000平方的仓库15分，500-2000平方10分，500平方以下得5分，投标人在江浙沪没有仓库的不得分。（需提供相关证明材料：购房合同或租赁合同（两年以上）并附支付发票，并提供常用备件照片：头线圈、腹部线圈、梯度放大器、冷头、射频放大器、压缩机。）	0-15	0	0	15	15
10	技术	应急处理方案：根据投标人对本项目提供的整体应急方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	7	5	8	6
11	技术	维保能力方案：根据投标人对本项目提供的整体维保能力方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	7	5	8	6
12	技术	售后服务方案：根据投标人售后服务方案的合理性，有效性，进行综合评定。	0-3	2	2	2	2
合计			0-80	53	27.4	74	51.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：诸暨市中医医院1.5T核磁维保服务采购项目（浙成套工程2023-02-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州泽迈 医疗科技 有限公司	无锡西锐 医疗器械 有限公司	扬州智行 医疗器械 有限公司	九州通 (武汉) 医疗设备 服务有限公司
1	技术	整体方案：根据投标人对本项目提供的整体服务方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-8	5	4	7	5
2	技术	工具配置及零配件储备情况：投标人必须具备MRI磁共振的全套维修工具：射频功率校准仪、匀场仪、涡流工具、励磁电源工具得3分；具备射频放大器、梯度电源、冷头、常用线圈得2分，本项最高得5分。（投标人须提供维修工具的清单及照片，未提供或提供不全不得分）	0-5	5	3	5	5
3	技术	更换冷头能力：投标人能承诺冷头返回原厂维修或更换的得5分，不能提供承诺的不得分（承诺书格式自拟）。	0-5	5	5	5	5
4	技术	重大故障维修能力证明：投标人必须具备处理本项目MRI设备重大故障的能力，提供MRI处理失超、更换梯度线圈的重大故障维修案例，提供一例，得3分，最高得6分，提供相关的维修报告，不提供不得分。	0-6	6	0	6	3
5	技术	MRI维保项目业绩证明：投标人必须提供同类型设备维保业绩证明，每提供一份得0.2分，最高得2分。（提供相关业绩证明材料，不提供不得分）	0-2	2	0.4	2	0.6
6	技术	拟投入本项目的人员配置情况：投标人配备本项目具有原厂维修资质的工程师相关资质证书复印件、近6个月社保证明、学历证明、合同证明。提供一份得1分，最高得5分。（投标人未提供、提供不全或提供不符合上述要求者不得分。）	0-5	2	0	5	1
7	技术	服务机构认证：投标人需通过ISO9001管理体系认证、通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖产品“MRI（核磁共振成像系统）医疗器械维修服务”，提供有效期内的证书复印件，每种证书得2分，最多不超过8分。未提供或提供不符合要求者不得分。	0-8	8	0	8	0
8	技术	企业信誉证明：投标人需提供第三方评审机构评定的在有效期内的企业信用报告，且信用报告等级为A级，得3分，未提供或者不符合上述要求者不得分。	0-3	3	3	3	3
9	技术	仓库能力：投标人在江浙沪范围内有大于2000平方的仓库15分，500-2000平方10分，500平方以下得5分，投标人在江浙沪没有仓库的不得分。（需提供相关证明材料：购房合同或租赁合同（两年以上）并附支付发票，并提供常用备件照片：头线圈、腹部线圈、梯度放大器、冷头、射频放大器、压缩机。）	0-15	0	0	15	15
10	技术	应急处理方案：根据投标人对本项目提供的整体应急方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	6	3	8	6
11	技术	维保能力方案：根据投标人对本项目提供的整体维保能力方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	6	4	8	6
12	技术	售后服务方案：根据投标人售后服务方案的合理性，有效性，进行综合评定。	0-3	2	1	3	2
合计			0-80	50	23.4	75	51.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：诸暨市中医医院1.5T核磁维保服务采购项目（浙成套工程2023-02-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州泽迈 医疗科技 有限公司	无锡西锐 医疗器械 有限公司	扬州智行 医疗器械 有限公司	九州通 (武汉) 医疗设备 服务有限公司
1	技术	整体方案：根据投标人对本项目提供的整体服务方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-8	6	3	7	6
2	技术	工具配置及零配件储备情况：投标人必须具备MRI磁共振的全套维修工具：射频功率校准仪、匀场仪、涡流工具、励磁电源工具得3分；具备射频放大器、梯度电源、冷头、常用线圈得2分，本项最高得5分。（投标人须提供维修工具的清单及照片，未提供或提供不全不得分）	0-5	5	3	5	5
3	技术	更换冷头能力：投标人能承诺冷头返回原厂维修或更换的得5分，不能提供承诺的不得分（承诺书格式自拟）。	0-5	5	5	5	5
4	技术	重大故障维修能力证明：投标人必须具备处理本项目MRI设备重大故障的能力，提供MRI处理失超、更换梯度线圈的重大故障维修案例，提供一例，得3分，最高得6分，提供相关的维修报告，不提供不得分。	0-6	6	0	6	3
5	技术	MRI维保项目业绩证明：投标人须提供同类型设备维保业绩证明，每提供一份得0.2分，最高得2分。（提供相关业绩证明材料，不提供不得分）	0-2	2	0.4	2	0.6
6	技术	拟投入本项目的人员配置情况：投标人配备本项目具有原厂维修资质的工程师相关资质证书复印件、近6个月社保证明、学历证明、合同证明。提供一份得1分，最高得5分。（投标人未提供、提供不全或提供不符合上述要求者不得分。）	0-5	2	0	5	1
7	技术	服务机构认证：投标人需通过ISO9001管理体系认证、通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖产品“MRI（核磁共振成像系统）医疗器械维修服务”，提供有效期内的证书复印件，每种证书得2分，最多不超过8分。未提供或提供不符合要求者不得分。	0-8	8	0	8	0
8	技术	企业信誉证明：投标人需提供第三方评审机构评定的在有效期内的企业信用报告，且信用报告等级为A级，得3分，未提供或者不符合上述要求者不得分。	0-3	3	3	3	3
9	技术	仓库能力：投标人在江浙沪范围内有大于2000平方的仓库15分，500-2000平方10分，500平方以下得5分，投标人在江浙沪没有仓库的不得分。（需提供相关证明材料：购房合同或租赁合同（两年以上）并附支付发票，并提供常用备件照片：头线圈、腹部线圈、梯度放大器、冷头、射频放大器、压缩机。）	0-15	0	0	15	15
10	技术	应急处理方案：根据投标人对本项目提供的整体应急方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	7	2	8	6
11	技术	维保能力方案：根据投标人对本项目提供的整体维保能力方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	8	5	8	4
12	技术	售后服务方案：根据投标人售后服务方案的合理性，有效性，进行综合评定。	0-3	3	1	3	2
合计			0-80	55	22.4	75	50.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：诸暨市中医医院1.5T核磁维保服务采购项目（浙成套工程2023-02-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州泽迈 医疗科技 有限公司	无锡西锐 医疗器械 有限公司	扬州智行 医疗器械 有限公司	九州通 (武汉) 医疗设备 服务有限公司
1	技术	整体方案：根据投标人对本项目提供的整体服务方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-8	4	2	6	2
2	技术	工具配置及零配件储备情况：投标人必须具备MRI磁共振的全套维修工具：射频功率校准仪、匀场仪、涡流工具、励磁电源工具得3分；具备射频放大器、梯度电源、冷头、常用线圈得2分，本项最高得5分。（投标人须提供维修工具的清单及照片，未提供或提供不全不得分）	0-5	5	3	5	5
3	技术	更换冷头能力：投标人能承诺冷头返回原厂维修或更换的得5分，不能提供承诺的不得分（承诺书格式自拟）。	0-5	5	5	5	5
4	技术	重大故障维修能力证明：投标人必须具备处理本项目MRI设备重大故障的能力，提供MRI处理失超、更换梯度线圈的重大故障维修案例，提供一例，得3分，最高得6分，提供相关的维修报告，不提供不得分。	0-6	6	0	6	3
5	技术	MRI维保项目业绩证明：投标人须提供同类型设备维保业绩证明，每提供一份得0.2分，最高得2分。（提供相关业绩证明材料，不提供不得分）	0-2	2	0.4	2	0.6
6	技术	拟投入本项目的人员配置情况：投标人配备本项目具有原厂维修资质的工程师相关资质证书复印件、近6个月社保证明、学历证明、合同证明。提供一份得1分，最高得5分。（投标人未提供、提供不全或提供不符合上述要求者不得分。）	0-5	2	0	5	1
7	技术	服务机构认证：投标人需通过ISO9001管理体系认证、通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖产品“MRI（核磁共振成像系统）医疗器械维修服务”，提供有效期内的证书复印件，每种证书得2分，最多不超过8分。未提供或提供不符合要求者不得分。	0-8	8	0	8	0
8	技术	企业信誉证明：投标人需提供第三方评审机构评定的在有效期内的企业信用报告，且信用报告等级为A级，得3分，未提供或者不符合上述要求者不得分。	0-3	3	3	3	3
9	技术	仓库能力：投标人在江浙沪范围内有大于2000平方的仓库15分，500-2000平方10分，500平方以下得5分，投标人在江浙沪没有仓库的不得分。（需提供相关证明材料：购房合同或租赁合同（两年以上）并附支付发票，并提供常用备件照片：头线圈、腹部线圈、梯度放大器、冷头、射频放大器、压缩机。）	0-15	0	0	15	15
10	技术	应急处理方案：根据投标人对本项目提供的整体应急方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	6	5	8	6
11	技术	维保能力方案：根据投标人对本项目提供的整体维保能力方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	7	4	9	5
12	技术	售后服务方案：根据投标人售后服务方案的合理性，有效性，进行综合评定。	0-3	2	1	2	1
合计			0-80	50	23.4	74	46.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：诸暨市中医医院1.5T核磁维保服务采购项目（浙成套工程2023-02-04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州泽迈 医疗科技 有限公司	无锡西锐 医疗器械 有限公司	扬州智行 医疗器械 有限公司	九州通 (武汉) 医疗设备 服务有限公司
1	技术	整体方案：根据投标人对本项目提供的整体服务方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-8	6	4	7	5
2	技术	工具配置及零配件储备情况：投标人必须具备MRI磁共振的全套维修工具：射频功率校准仪、匀场仪、涡流工具、励磁电源工具得3分；具备射频放大器、梯度电源、冷头、常用线圈得2分，本项最高得5分。（投标人须提供维修工具的清单及照片，未提供或提供不全不得分）	0-5	5	3	5	5
3	技术	更换冷头能力：投标人能承诺冷头返回原厂维修或更换的得5分，不能提供承诺的不得分（承诺书格式自拟）。	0-5	5	5	5	5
4	技术	重大故障维修能力证明：投标人必须具备处理本项目MRI设备重大故障的能力，提供MRI处理失超、更换梯度线圈的重大故障维修案例，提供一例，得3分，最高得6分，提供相关的维修报告，不提供不得分。	0-6	6	0	6	3
5	技术	MRI维保项目业绩证明：投标人必须提供同类型设备维保业绩证明，每提供一份得0.2分，最高得2分。（提供相关业绩证明材料，不提供不得分）	0-2	2	0.4	2	0.6
6	技术	拟投入本项目的人员配置情况：投标人配备本项目具有原厂维修资质的工程师相关资质证书复印件、近6个月社保证明、学历证明、合同证明。提供一份得1分，最高得5分。（投标人未提供、提供不全或提供不符合上述要求者不得分。）	0-5	2	0	5	1
7	技术	服务机构认证：投标人需通过ISO9001管理体系认证、通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖产品“MRI（核磁共振成像系统）医疗器械维修服务”，提供有效期内的证书复印件，每种证书得2分，最多不超过8分。未提供或提供不符合要求者不得分。	0-8	8	0	8	0
8	技术	企业信誉证明：投标人需提供第三方评审机构评定的在有效期内的企业信用报告，且信用报告等级为A级，得3分，未提供或者不符合上述要求者不得分。	0-3	3	3	3	3
9	技术	仓库能力：投标人在江浙沪范围内有大于2000平方的仓库15分，500-2000平方10分，500平方以下得5分，投标人在江浙沪没有仓库的不得分。（需提供相关证明材料：购房合同或租赁合同（两年以上）并附支付发票，并提供常用备件照片：头线圈、腹部线圈、梯度放大器、冷头、射频放大器、压缩机。）	0-15	0	0	15	15
10	技术	应急处理方案：根据投标人对本项目提供的整体应急方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	6	6	7	6
11	技术	维保能力方案：根据投标人对本项目提供的整体维保能力方案是否具体、合理、完整及对业主权益的保障是否完善，进行综合评定。	0-10	7	5	7	7
12	技术	售后服务方案：根据投标人售后服务方案的合理性，有效性，进行综合评定。	0-3	2	2	2	2
合计			0-80	52	28.4	72	52.6

专家（签名）：