

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州市中心医院螺旋CT项目（0625-22215D22（重招））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州育隆 生物技术 有限公司	上海贺章 贸易有限 公司	温州旭霞 医疗科技 有限公司
1	技术	对应于招标文件技术商务要求的偏离度：与招标文件《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，实质性条款除外，标注★的技术要求（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣2分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。	0-41	33	18	8
2	技术	根据设备2投标响应的CT探测器Z轴方向总物理排数给分，60排及以上（且≤64排）得9分，32排（含）至59排（含）之间得3分，小于32排（且≥16排）得1分。	0-9	9	9	9
3	技术	投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。	0-3	3	2	1
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价	0-3	3	2	2
5	商务资信	保修服务：设备保修期超过招标文件要求的，设备1或设备2的全部货物每增加1年全保保修加1.5分，每增加1年有限保修（此“有限保修”是指：球管限25万秒次/年及以上）加1分。最多加8分。	0-8	7.5	0	0
6	商务资信	投标产品业绩：提供2020年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	2	0	2
7	技术	制造商或代理商售后服务和维修能力： 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、到达时间、备品备件配置等综合评价，最高得2分。	0-2	2	2	2
8	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70	59.5	33	24

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州市中心医院螺旋CT项目（0625-22215D22（重招））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州育隆 生物技术 有限公司	上海贺章 贸易有限 公司	温州旭霞 医疗科技 有限公司
1	技术	对应于招标文件技术商务要求的偏离度：与招标文件《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，实质性条款除外，标注★的技术要求（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣2分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。	0-41	33	18	8
2	技术	根据设备2投标响应的CT探测器Z轴方向总物理排数给分，60排及以上（且≤64排）得9分，32排（含）至59排（含）之间得3分，小于32排（且≥16排）得1分。	0-9	9	9	9
3	技术	投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。	0-3	2	2	2
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价	0-3	2	1	1
5	商务资信	保修服务：设备保修期超过招标文件要求的，设备1或设备2的全部货物每增加1年全保保修加1.5分，每增加1年有限保修（此“有限保修”是指：球管限25万秒次/年及以上）加1分。最多加8分。	0-8	7.5	0	0
6	商务资信	投标产品业绩：提供2020年1月1日起至至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	2	0	2
7	技术	制造商或代理商售后服务和维修能力： 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、到达时间、备品备件配置等综合评价，最高得2分。	0-2	2	2	2
8	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70	57.5	32	24

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州市中心医院螺旋CT项目（0625-22215D22（重招））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州育隆 生物技术 有限公司	上海贺章 贸易有限 公司	温州旭霞 医疗科技 有限公司
1	技术	对应于招标文件技术商务要求的偏离度：与招标文件《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，实质性条款除外，标注★的技术要求（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣2分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。	0-41	33	18	8
2	技术	根据设备2投标响应的CT探测器Z轴方向总物理排数给分，60排及以上（且≤64排）得9分，32排（含）至59排（含）之间得3分，小于32排（且≥16排）得1分。	0-9	9	9	9
3	技术	投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。	0-3	3	3	3
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价	0-3	3	2	1
5	商务资信	保修服务：设备保修期超过招标文件要求的，设备1或设备2的全部货物每增加1年全保保修加1.5分，每增加1年有限保修（此“有限保修”是指：球管限25万秒次/年及以上）加1分。最多加8分。	0-8	7.5	0	0
6	商务资信	投标产品业绩：提供2020年1月1日起至至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	2	0	2
7	技术	制造商或代理商售后服务和维修能力： 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、到达时间、备品备件配置等综合评价，最高得2分。	0-2	2	2	2
8	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70	59.5	34	25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：温州市中心医院螺旋CT项目（0625-22215D22（重招））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州育隆 生物技术 有限公司	上海贺章 贸易有限 公司	温州旭霞 医疗科技 有限公司
1	技术	对应于招标文件技术商务要求的偏离度：与招标文件《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，实质性条款除外，标注★的技术要求（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣2分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。	0-41	33	18	8
2	技术	根据设备2投标响应的CT探测器Z轴方向总物理排数给分，60排及以上（且≤64排）得9分，32排（含）至59排（含）之间得3分，小于32排（且≥16排）得1分。	0-9	9	9	9
3	技术	投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。	0-3	3	2	2
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价	0-3	3	2	1
5	商务资信	保修服务：设备保修期超过招标文件要求的，设备1或设备2的全部货物每增加1年全保保修加1.5分，每增加1年有限保修（此“有限保修”是指：球管限25万秒次/年及以上）加1分。最多加8分。	0-8	7.5	0	0
6	商务资信	投标产品业绩：提供2020年1月1日起至至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	2	0	2
7	技术	制造商或代理商售后服务和维修能力： 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、到达时间、备品备件配置等综合评价，最高得2分。	0-2	2	2	2
8	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70	59.5	33	24

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：温州市中心医院螺旋CT项目（0625-22215D22（重招））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州育隆 生物技术有限公司	上海贺章 贸易有限公司	温州旭霞 医疗科技有限公司
1	技术	对应于招标文件技术商务要求的偏离度：与招标文件《第四章 招标内容及需求》的技术要求、商务要求对比，实质性条款除外，标注★的技术要求（或功能）偏离每项扣4分，一般技术指标偏离每项扣2分，一般功能偏离每项扣3分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。	0-41	33	18	8
2	技术	根据设备2投标响应的CT探测器Z轴方向总物理排数给分，60排及以上（且≤64排）得9分，32排（含）至59排（含）之间得3分，小于32排（且≥16排）得1分。	0-9	9	9	9
3	技术	投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。	0-3	3	2	2
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价	0-3	3	1	1
5	商务资信	保修服务：设备保修期超过招标文件要求的，设备1或设备2的全部货物每增加1年全保保修加1.5分，每增加1年有限保修（此“有限保修”是指：球管限25万秒次/年及以上）加1分。最多加8分。	0-8	7.5	0	0
6	商务资信	投标产品业绩：提供2020年1月1日起至至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	2	0	2
7	技术	制造商或代理商售后服务和维修能力： 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、到达时间、备品备件配置等综合评价，最高得2分。	0-2	2	1	1
8	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70	59.5	31	23

专家（签名）：