

技术商务评分明细（陈大农）

项目名称： 杭州市萧山区党湾镇社区卫生服务中心64排以下X射线计算机体层摄影设备采购项目（ZJWS2023-XSDW001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亚械（杭州）医疗科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	中国诚通国际贸易有限公司
1	技术	对招标文件技术要求的响应程度： 1. 设备技术参数完全满足招标文件技术要求得46分。 2. 技术规格及要求中标注“▲”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标。 3. △重要参数每一项不符合的则扣4分。 4. 一般参数，每一项不符合的则扣1分。	0-46	25.0	41.0	25.0
2	技术	安装调试方案：根据投标人针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装场地情况了解：有现场踏勘的可自行制作踏勘确认表去医院设备科盖章，做进标书，有的得1分，没有的不得分； ②安装人员配置安排：安排合理得1分，其他的0分； ③安装调试步骤、措施及问题的解决方案：安排合理得2分，其他的0-1分。	0-4	2.0	3.0	2.0
3	商务	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	政策条件：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品的，得1分。证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-2	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案： 响应时间短，解决方案充分得2分； 响应时间一般，解决方案较合理得1分； 响应时间长，解决方案差0.5分； 无解决方案得0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5.2	商务	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得2分； 储备一般基本能满足售后服务要求得1分； 储备情况差不能满足售后服务要求0.5分； 无备品备件储备得0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5.3	商务	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况： 人员配备充足售后服务经验丰富得2分； 人员配备和售后服务一般得1分； 人员配备不足售后服务经验差0.5分； 无人员配备得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
6	商务	产品业绩：2020年1月1日起（以合同签订时间为准）非同单位采购与本次投标相同型号的产品，每个合同得1分，最高得3分。（须提供合同复印件，能辨析型号，否则不得分） 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已提供相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	1.0
7	商务	质量保障措施：根据投标人针对本项目的科学性、全面性， ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得2-3分，都不能充分保障的得0-1分。	0-4	3.0	3.0	3.0
8	商务	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分； 方案合理安排一般得1-2分； 方案合理安排差得0.5分； 无方案得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	37.0	60.0	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（董静尹）

项目名称： 杭州市萧山区党湾镇社区卫生服务中心64排以下X射线计算机体层摄影设备采购项目（ZJWS2023-XSDW001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亚械（杭州）医疗科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	中国诚通国际贸易有限公司
1	技术	对招标文件技术要求的响应程度： 1. 设备技术参数完全满足招标文件技术要求得46分。 2. 技术规格及要求中标注“▲”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标。 3. △重要参数每一项不符合的则扣4分。 4. 一般参数，每一项不符合的则扣1分。	0-46	25.0	41.0	25.0
2	技术	安装调试方案：根据投标人针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装场地情况了解：有现场踏勘的可自行制作踏勘确认表去医院设备科盖章，做进标书，有的得1分，没有的不得分； ②安装人员配置安排：安排合理得1分，其他的0分； ③安装调试步骤、措施及问题的解决方案：安排合理得2分，其他的0-1分。	0-4	2.0	3.0	2.0
3	商务	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	政策条件：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品的，得1分。证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-2	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案： 响应时间短，解决方案充分得2分； 响应时间一般，解决方案较合理得1分； 响应时间长，解决方案差0.5分； 无解决方案得0分。	0-2	1.0	1.0	1.0
5.2	商务	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得2分； 储备一般基本能满足售后服务要求得1分； 储备情况差不能满足售后服务要求0.5分； 无备品备件储备得0分。	0-2	1.0	1.0	1.0
5.3	商务	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况： 人员配备充足售后服务经验丰富得2分； 人员配备和售后服务一般得1分； 人员配备不足售后服务经验差0.5分； 无人员配备得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
6	商务	产品业绩：2020年1月1日起（以合同签订时间为准）非单位采购与本次投标相同型号的产品，每个合同得1分，最高得3分。（须提供合同复印件，能辨析型号，否则不得分） 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已提供相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	1.0
7	商务	质量保障措施：根据投标人针对本项目的科学性、全面性， ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得2-3分，都不能充分保障的得0-1分。	0-4	2.0	3.0	2.0
8	商务	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分； 方案合理安排一般得1-2分； 方案合理安排差得0.5分； 无方案得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	34.0	58.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宣志强）

项目名称： 杭州市萧山区党湾镇社区卫生服务中心64排以下X射线计算机体层摄影设备采购项目（ZJWS2023-XSDW001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亚械（杭州）医疗科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	中国诚通国际贸易有限公司
1	技术	对招标文件技术要求的响应程度： 1. 设备技术参数完全满足招标文件技术要求得46分。 2. 技术规格及要求中标注“▲”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标。 3. △重要参数每一项不符合的则扣4分。 4. 一般参数，每一项不符合的则扣1分。	0-46	25.0	41.0	25.0
2	技术	安装调试方案：根据投标人针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装场地情况了解：有现场踏勘的可自行制作踏勘确认表去医院设备科盖章，做进标书，有的得1分，没有的不得分； ②安装人员配置安排：安排合理得1分，其他的0分； ③安装调试步骤、措施及问题的解决方案：安排合理得2分，其他的0-1分。	0-4	2.0	3.0	2.0
3	商务	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	政策条件：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品的，得1分。证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-2	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案： 响应时间短，解决方案充分得2分； 响应时间一般，解决方案较合理得1分； 响应时间长，解决方案差0.5分； 无解决方案得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
5.2	商务	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得2分； 储备一般基本能满足售后服务要求得1分； 储备情况差不能满足售后服务要求0.5分； 无备品备件储备得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
5.3	商务	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况： 人员配备充足售后服务经验丰富得2分； 人员配备和售后服务一般得1分； 人员配备不足售后服务经验差0.5分； 无人员配备得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
6	商务	产品业绩：2020年1月1日起（以合同签订时间为准）非单位采购与本次投标相同型号的产品，每个合同得1分，最高得3分。（须提供合同复印件，能辨析型号，否则不得分） 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已提供相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	1.0
7	商务	质量保障措施：根据投标人针对本项目的科学性、全面性， ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得2-3分，都不能充分保障的得0-1分。	0-4	2.0	4.0	3.0
8	商务	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分； 方案合理安排一般得1-2分； 方案合理安排差得0.5分； 无方案得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	34.0	62.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐能铭）

项目名称： 杭州市萧山区党湾镇社区卫生服务中心64排以下X射线计算机体层摄影设备采购项目（ZJWS2023-XSDW001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亚械（杭州）医疗科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	中国诚通国际贸易有限公司
1	技术	对招标文件技术要求的响应程度： 1. 设备技术参数完全满足招标文件技术要求得46分。 2. 技术规格及要求中标注“▲”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标。 3. △重要参数每一项不符合的则扣4分。 4. 一般参数，每一项不符合的则扣1分。	0-46	25.0	41.0	25.0
2	技术	安装调试方案：根据投标人针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装场地情况了解：有现场踏勘的可自行制作踏勘确认表去医院设备科盖章，做进标书，有的得1分，没有的不得分； ②安装人员配置安排：安排合理得1分，其他的0分； ③安装调试步骤、措施及问题的解决方案：安排合理得2分，其他的0-1分。	0-4	2.0	3.0	2.0
3	商务	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	政策条件：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品的，得1分。证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-2	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案： 响应时间短，解决方案充分得2分； 响应时间一般，解决方案较合理得1分； 响应时间长，解决方案差0.5分； 无解决方案得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
5.2	商务	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得2分； 储备一般基本能满足售后服务要求得1分； 储备情况差不能满足售后服务要求0.5分； 无备品备件储备得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
5.3	商务	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况： 人员配备充足售后服务经验丰富得2分； 人员配备和售后服务一般得1分； 人员配备不足售后服务经验差0.5分； 无人员配备得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0
6	商务	产品业绩：2020年1月1日起（以合同签订时间为准）非单位采购与本次投标相同型号的产品，每个合同得1分，最高得3分。（须提供合同复印件，能辨析型号，否则不得分） 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已提供相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	1.0
7	商务	质量保障措施：根据投标人针对本项目的科学性、全面性， ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得2-3分，都不能充分保障的得0-1分。	0-4	2.0	4.0	2.0
8	商务	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分； 方案合理安排一般得1-2分； 方案合理安排差得0.5分； 无方案得0分。	0-3	2.0	3.0	1.0
合计			0-70	34.0	62.0	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（李淼淼）

项目名称： 杭州市萧山区党湾镇社区卫生服务中心64排以下X射线计算机体层摄影设备采购项目（ZJWS2023-XSDW001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	亚械（杭州）医疗科技有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	中国诚通国际贸易有限公司
1	技术	对招标文件技术要求的响应程度： 1. 设备技术参数完全满足招标文件技术要求得46分。 2. 技术规格及要求中标注“▲”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标。 3. △重要参数每一项不符合的则扣4分。 4. 一般参数，每一项不符合的则扣1分。	0-46	25.0	41.0	25.0
2	技术	安装调试方案：根据投标人针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装场地情况了解：有现场踏勘的可自行制作踏勘确认表去医院设备科盖章，做进标书，有的得1分，没有的不得分； ②安装人员配置安排：安排合理得1分，其他的0分； ③安装调试步骤、措施及问题的解决方案：安排合理得2分，其他的0-1分。	0-4	3.0	3.0	3.0
3	商务	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	政策条件：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品的，得1分。证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-2	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案： 响应时间短，解决方案充分得2分； 响应时间一般，解决方案较合理得1分； 响应时间长，解决方案差0.5分； 无解决方案得0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5.2	商务	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得2分； 储备一般基本能满足售后服务要求得1分； 储备情况差不能满足售后服务要求0.5分； 无备品备件储备得0分。	0-2	1.0	1.0	1.0
5.3	商务	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况： 人员配备充足售后服务经验丰富得2分； 人员配备和售后服务一般得1分； 人员配备不足售后服务经验差0.5分； 无人员配备得0分。	0-2	1.0	2.0	0.0
6	商务	产品业绩：2020年1月1日起（以合同签订时间为准）非单位采购与本次投标相同型号的产品，每个合同得1分，最高得3分。（须提供合同复印件，能辨析型号，否则不得分） 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已提供相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	1.0
7	商务	质量保障措施：根据投标人针对本项目的科学性、全面性， ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得2-3分，都不能充分保障的得0-1分。	0-4	0.0	4.0	4.0
8	商务	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分； 方案合理安排一般得1-2分； 方案合理安排差得0.5分； 无方案得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	34.0	60.0	38.0

专家（签名）：