

政府采购符合性评审汇总表

项目名称： C臂机医疗设备采购（ JCZFCG2024-Z38-A350）

采购方式	公开招标	开标时间	2024-10-12 08:30:00
开标地点	东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区10楼开标室1		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	金华市 诚济商 贸有限 公司	符合	
2	杭州铭 泽生物 科技有 限公司	符合	
3	金华乐 中医疗 器械有 限公司	符合	

4	成都杰丹贸易有限公司	不符合	<p>1. 未提供采购清单相关技术参数表中2.1.3发生器频率$\geq 90\text{hKz}$的第三方产品检测报告；3.13工作站连接方式：主机与图像工作站无线缆连接的彩页截图等证明材料，未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求。；</p> <p>1. 未提供采购清单相关技术参数表中2.1.3发生器频率大于等于90khz的第三方产品检测报告；3.13工作站连续方式；主机与图像工作站无线缆连接的彩页截图等证明材料。投标文件不符合招标文件要求，投标响应无效；</p> <p>1. 投标文件未提供招标文件相关技术参数表中2.1.3发生器频率大于等于90KHZ的第三方检测报告及3.13工作站连接方式：主机与图像工作站无线缆连接的彩页截图等证明材料。投标文件不符合招标文件要求，投标响应无效；</p> <p>1. 未提供采购清单相关技术参数表中2.1.3发生频率 大于等于90khz的第三方产品检测报告；3.13工作站连接方式：主机与图像工作站无线缆连接的彩页等证明材料，未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；；</p> <p>1. 未提供采购招标文件相关技术参数表中2.1.3发生器频率$\geq 90\text{Khz}$的第三方检测报告；3.13工作站连接方式：主机与图像工作站无线缆连接的彩页截图等证明材料。投标文件不符合招标文件要求，投标响应无效。；</p>
---	------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

签名：