

条码打印机——报价单

报价日期：2024年12月19日

采购方		报价方	
采购方名称	奇台县人民医院	公司名称	北京嵩尚科技文化有限公司
采购方联系方式	方老师, 15809942912	业务经理	滕文辉
地址	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县奇台镇昌吉中路224号奇台县人民医院	联系电话	18500644333

扫码设备明细

设备名称	数量/台	单价(元)	小计金额(元)
条码打印机(打印采血条码)	1	¥ 800.00	¥ 800.00
金额合计(元)			¥ 800.00

报价单说明:

- 本报价有效期30天, 逾期请再次垂询;
- 报价为含税价格;
- 产品质保1年。



条码打印机参数

内存	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash memory • 16 MB SDRAM
中央处理器	32 位高效处理器
打印方式	热敏和热转印
打印分辨率	203dpi (8 点/毫米)
打印速度	>152mm/s
打印条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
通讯接口	支持: RS232, DB-9, USB V2.0, 内接式蓝牙 4.0 (出厂选配)
介质传感器	可移动黑标传感器, 从中心到左侧的有限范围, 偏离中心的固定间隙传感器
介质类型	卷筒纸或折叠纸, 模切或连续带有/不带黑标介质, 标签纸料, 连续收据纸和腕带
介质宽度	25.4-112mm
介质厚度	0.08-0.1905mm
碳带长度	≤300m
碳带宽度	33.8-109.2mm
碳带比率	1:1,1:4
碳带外径	66mm (300 米), 34mm (74 米)
卷芯内径	25.4mm (300 米) /12.7mm (74 米)

