

绍兴市上虞区丰惠镇中心卫生院西门子 DR 维修服务

采购询价文件

一、项目概况

1. 项目名称：西门子 DR（Multix Fusion）维修服务采购项目。
2. 维保设备：西门子 DR（Multix Fusion）。

二、具体服务内容

因设备曝光时有白片，曝光不足，球管异响，高剂量条件时无法工作，需提供以下服务内容：

1. 球管合规拆回维修，维修期间提供待用球管。
2. 球管重新更换管体，更换符合标准的高压绝缘油。
3. 重新分装，真空及耐压测试。
4. 装回原机，并安装调试完成。

三、需提供资料

1. 法定代表人授权书、身份证及联系方式加盖单位公章；
2. 具有资质的公司营业执照；
3. 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；
4. 投标人承诺函；
5. 维修人员资质证明；
6. 业绩证明；
7. 中小企业声明函；
8. 技术响应及建议表；
9. 详细报价单；
10. 供应商认为需要的其他文件资料。

四、合同签订

1. 中标结束后 7 个自然日内签订合同；

2. 逾期不按要求签订合同或未按照要求时间完成相关工作的，可视为不诚信行为，采购方有权单方面作出中标方自动放弃中标结果或自动终止合同的处理，性质恶劣，严重影响采购方正常工作或被上级及相关部门查实处罚的，采购方有权向政府采购管理监督部门发起将中标方列入黑名单的申请。签订合同前须提供相关资质等材料供查验。

五、违约责任

1. 本次保修服务期为 6 个月，自合同签订之日起计算。在保修服务期内接报修电话后，未在半小时内响应，或未在 1 小时内派工程师到达现场实施维修，导致业务无法正常开展 24 小时以上的，采购方有权通知中标方单方面终止合同，同时采购方不承担责任，中标方须承担采购方由此引起的全部损失。

2. 除不可抗力和国家及地方重大法律法规政策调整外，如中标方发生不能按期完成项目任务，采购方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

3. 违约处理：对于开机率低于 98% 的每一个百分点，维修合同期限将相应延长 7 个日历天；因故延迟提供维保维修服务的，每延迟一天，合同维保服务时间自动延长三天，且不另行增加费用；因中标方实施或提供产品质量、服务、不匹配、不到位引起采购方损失的，由中标方承担全部责任（包括赔偿责任）。中标方原因导致系统未能够正常使用或及时组织维修的，采购方有权要求中标方支付合同价每天 0.2% 的违约金；未能在规定时间内及时响应或者到场维修提供技术支持的，第一次扣发合同价 0.1% 的违约金，第二次扣发 0.2% 的违约金，第三次扣发 0.3% 的违约金，以此递增类推；同时采购方在

中标方未及时响应的情况下，有权请第三方介入技术支持和维修、检测，中标方另需承担因此产生的第三方机构技术支持/维修等费用，按实予以赔偿。如果出现中标方延迟完成项目维保、检测等服务的，延迟提供维保服务 15 天及以上或延迟检测服务 5 次及以上等严重违约行为的，采购方有权向财政部门 and 招投标监督办等上级部门汇报中标方违约行为，并有建议列入不诚信企业黑名单的权利，并有权单方面终止合同，并不支付剩余合同款项，其中本项目不单独设置履约保证金，项目余款中可直接扣除违约金，不足支付的，仍需要另行全额缴纳。

六、付款要求

预算金额 38000 元，保修时间为 6 个月；设备维修完成，正常使用 3 个月内支付合同款项的 90%，合同期满后 10 天内支付合同款项的 10%。

七、特别说明

1. 维修后设备图像质量和性能需达到临床质控要求。
2. 投标报价应包含运输、人工费、税费等所需的一切费用。
3. 中标方未能够在规定时间内完成维保或检测服务等工作的，视作虚假应标，取消中标及签订合同资格，采购方有权单方面终止合同，并有权向政府采购监督部门及招投标监督办建议将中标方列入黑名单管理。
4. 综合验收标准。提供首次维保服务及相关报告之日起，计算维保起始时间。本项目不接受负偏离投标，否则视同无效投标。
5. 本项目的招标（采购）文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要、中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。投标文件中明确表示完全响应采购文件或（且）无负偏离，若以上各个文件之间、及与本项目合同之间有差异的，须按照有利于采购方的原则执行最优条款（本项目不允许负偏离，投标即表示无条件同意接受采购文件等所有条款要求）。