

一、奇台县妇幼保健院项目报价单

序号	项目名称	规格	计量单位	数量	金额（元）		备注	
					综合单价	合价		
1	内窥镜膨宫泵	1 多功能，可用于内窥镜检查 and 手术时，将手术液加压后输送至手术部位以达到膨腔的目的 2、压力可以根据需要调节设定，压力设定范围 50~400mmHg 3、流量可以根据需要调节设定，流量设定范围 0.1~1.0 L/min 4、可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等） 5、特有的气泡检测功能，可自动检测到正常工作中因任何突发问题产生的管内气泡，并自动排除气泡，避免空气栓塞，保证安全。 6、自动检测灌注液体源的空瓶状态，并提示更换输液袋。 7、管路 RFID 识别功能，保证使用者已正确安装管路。保证管路耗材的安全使用 8、持续灌流，可保持恒压恒流	台	1	13000.00	13000.00	请按照院方需求报价，如设备与院方需求不服，如中标方提供产品未达到甲方要求，甲方将退还产品，在此期间产生的费用由中标方承担，如中标方不进行产品更换，自愿放弃本次竞价，由甲方选择第二中标商采购或重新竞价。	
合计						13000	13000	
1、报价包含材料、包装、人工等验收合格之前的一切税金和费用。2、供应商必须将综合单价、合价、计划交付期填写完整，因供应商填写不完整造成投标不响应的，责任自负！ 3、若要求供应商提供相关证明材料的，将证明材料附后。								
报价合计金额（大写）：壹万叁仟元整 小写：13000 元								
报价单位名称（盖公章）： 法定代表人或授权代表人（签字）：杨建宁 联系电话：13139919711								