

克拉玛依市中心医院隐疤痕无充气甲状腺手术器械项目采购需求

一、 投标人资格条件

（一）一般资格条件

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.shixin.court.gov.cn）、“克拉玛依诚信网”（<http://cxw.klmy.gov.cn/Pages/default.aspx>）的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）特定资格条件

1、具有有效期内的《医疗器械生产许可证》（如为代理商，为《医疗器械经营许可证》）；2、需提供具有有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证（不接受受理通知单）

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标

二、 项目技术规格、数量及质量要求

（一）采购项目一览表

序号	名称	单位	数量	采购总预算（万元）	备注
1	甲状腺手术器械包（KJ-106-01）	套	1	9.67	

(二) 是否接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标(进口产品是指通过中国海关报关, 验放进入中国境内, 且产自关境外的产品)。

(三) 项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

甲状腺手术器械包(KJ-106-01)包括以下内容:

I型甲状腺牵开器悬吊装置固定器:YY/T 0294.1-2016 标准中的 M 号钢材料制造, 经固定后垂直拉力 50N, 变形不超过 1cm, 最小调整角度: 10 度, 悬吊杆孔径: 不大于 D18mm

I型甲状腺牵开器悬吊杆:YY/T 0294.1-2016 标准中的 M 号钢材料制造, 经固定后垂直拉力 50N, 变形不超过 1cm,高低调节范围: 0-64cm,横向调节范围: 0-55cm

I型甲状腺牵开器悬吊卷链器:YY/T 0294.1-2016 标准中的 M 号钢材料制造, 经固定后垂直拉力 50N, 变形不超过 1cm

I型甲状腺拉钩小号左弯:YY/T 0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造, 组织拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应 $\leq 0.8 \mu\text{m}$, 具有不小于 50N 的弹性拉力。头部宽度: 40mm,头端弯曲角度: 30 度,钩身长: 21cm,悬高: 9cm,头端镂空

I型甲状腺拉钩小号右弯:YY/T 0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造, 组织拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应 $\leq 0.8 \mu\text{m}$, 具有不小于 50N 的弹性拉力。头部宽度: 40mm,头端弯曲角度: 30 度,钩身长: 21cm 悬高: 9cm,头端镂空

I型甲状腺拉钩中号直:YY/T 0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造, 组织拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应 $\leq 0.8 \mu\text{m}$, 具有不小于 50N 的弹性拉力。头部宽度: 60mm,钩身长: 20cm,悬高: 9cm,头端镂空

II型甲状腺拉钩 15:YY/T 0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造, 组织拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应 $\leq 0.8 \mu\text{m}$, 具有不小于 50N 的弹性拉力。长短钩身长度: 6/17cm,钩头宽度 15mm

(四) 货物技术及服务标准

- 1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。
- 2、按照甲方需要提供相关的存储硬盘。
- 3、报修故障 1 小时内电话响应; 8 小时内到医院现场, 质保期过后, 机器故障, 先维修后付款。

- 4、提供机器的操作和维修手册。
- 5、设备要有工作站的，均需标配工作站。
- 6、对负荷有特殊要求的设备，均标配不间断电源。

三、 交/供货期限

中标人应在采购合同签订后 30 日内交货。

四、 交货地点

克拉玛依市中心医院

五、 验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4 在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

六、 产品质量保证期

1、投标产品质量保证期 2 年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三

包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

七、 售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1 电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2 现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在 24 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3 技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1 质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

八、 付款方式

（一） 中标人按采购合同交货，经验收合格后，采购人向中标人支付当期合同价款 100%的货款。

(二) 中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

(三) 采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

九、 采购单位咨询电话

联系人：曹刚

联系电话：6232572

手机号：13999519954

地址：克拉玛依市安定路 120 号

十、 提供不少于 3 个能满足本采购需求的产品品牌名称

1、 厂家：杭州康基医疗器械有限公司，型号：甲状腺手术器械包（KJ-106-01）、组织拉勾（I 型，II 型）、拉勾装置器（I 型）。

采购人名称：克拉玛依市中心医院

2024. 年 3 月 13 日