

高压发生器

- 1、为了保证设备稳定性和兼容性，要求高压发生器为方舱 CT（uCT528）整机制造商生产的原厂、全新、合格的产品，并提供证明资料。
- 2、若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证；所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册/备案凭证。
- 3、高压发生器的操作与控制系统完全与方舱 CT（uCT528）主机配套。
- 4、质保一年。