

疏附县人民医院 B 超年度维保服务的 需求说明

一、维保设备相关信息

机器名称：彩色 B 超诊断仪三台；

预算金额：26 万元。

二、资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商；

2. 具备合格的(三证合一)营业执照副本原件，银行开户许可证原件，授权委托书及被委托人身份证原件(需具有医用设备维修资质)；

3. 提供从事超声类设备维保的业绩证明；

4. 提供工程师持有相关设备维修资质的相关证书(持证人需在本单位缴纳社保)。

三. 维保期限：一年。

四. 清单及维修保养服务内容

1. 清单详见附件一；

2. 维修保养内容详见附件二。



赣宁县人民医院B超维保清单



序号	设备名称	厂家	型号	生产日期	维保配件及服务内容
1	彩色B超诊断仪	迈瑞	DC-8EXP	2016.1	维保服务期间包含4把探头更换及主机维护保养 (具体维护内容详见附件)
2	彩色B超诊断仪	迈瑞	Resona 5T	2019.11	维保服务期间包含1把探头更换及主机维护保养 (具体维护内容详见附件)
3	彩色B超诊断仪	迈瑞	M6T	2018.6	维保服务期间包含1把探头更换及主机维护保养 (具体维护内容详见附件)



维护保养服务内容

序号	服务项目	服务项目定义
1	服务时间	每年365天, 每天24小时电话响应
2	服务响应	初次电话响应时间不超过0.5小时; 工程师无法通过远程解决设备故障时, 到达现场时间不超过初次电话响应的24小时
3	开机率	在保修服务有效期内, 对合同项上超声设备开机率承诺达到95%, 如未能达到, 给予双倍补偿, 即停机每超过一天, 保修合同服务期限自动延长两天
4	服务人员	由经过原厂培训且通过考核的专业维修工程师提供完整的现场服务(提供证明材料)
5	备件更换	保修内的设备零件免费维修更换, 包括用于解决该产品问题的硬件及软件。原厂备件, 有质量记录
6	探头更换	合同项上保修设备包含设备主机的所有配件及主机所配备的探头发生故障免费更换, 所更换的配件及探头均为原厂全新
7	预防保养	超声设备每年预防性保养服务。预防性保养服务包括: 机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查, 以及非紧急性质的预防性维护, 和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护



服务项目定义	
序号	服务项目
8	探头质控 通过专业工装检测成像分辨率，确保超声诊断仪扫描图像的质量及测量精度
9	服务费用 服务过程中的人员劳务、差旅和备件等相关费用均由中标方承担（人为损害备件不包括在内）
10	软件升级 免费软件升级（不含硬件改变）
11	质控活动 贴近各级质控中心及超声科业务开展需求，在质控指标、诊疗指南、核心制度、评分标准、风险管理、持续改进、智慧化、信息化等方面的系列课程和全套解决方案，推动超声质控工作的开展及持续改进