



疏附县人民医院采购检验科纯水机维保服务的参数

序号	技术和性能参数要求	响应情况	备注
1	服务期间，保证后台服务中心 365 天*24 小时人工电话应答		
2	服务期间，包含对反渗透膜、保安滤芯、精密滤芯、精混树脂等耗材更换		
3	服务期内，对设备定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，保养耗材不计费		
4	包含人工，不限次上门维修		
5	质量保证：纯水机电导率符合标准要求		
6	服务期内接到报修电话 10 分钟之内响应，先由技术专家判定，工程师 48 小时内到达现场。		

