



疏附县人民医院采购检验科纯水机维保服务的技术偏离表				
序号	类别	服务内容	投标规格	偏离情况
1	纯水机	1. 服务期间，保证后台服务中心365天*24小时人工电话应答		
		2. 服务期间，包含对反渗透膜、保安滤芯、精密滤芯、精混树脂等耗材更换		
		3. 服务期内，对设备定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，保养耗材不计费		
		4. 包含人工，不限次上门维修		
		5. 质量保证：纯水电导率符合标准要求		
		6. 服务期内接到报修电话10分钟之内响应，先由技术专家判定，工程师48小时内到达现场		

