

疏附县人民医院 2024 年中央医疗服务与保
障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目
(第二批) 采购手术设备及器械一批
的参数清单

序号	产品名称	数量	单位 (台/ 套)	技术参数及要求
1	充气升温装置	1	台	1. 噪音水平: $\leq 55\text{dB (A)}$ 2. 采用双重过滤系统: 初效过滤棉和 $0.2\mu\text{m}$ 高效过滤器 3. 过滤器更换周期: 每使用 12 个月或 500 小时更换一次 4. 采用 3 个数字温度传感器 5. 四档调温: 室温、低温档 32°C、中温档 38°C、高温档 43°C 6. PTC 加热模块 7. 通风软管配有一体保护套 8. 标配升温机手推车 9. 超温/低温报警: 当温度超出设定温度的 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 时报警, 升温机停止加热, 同时发出报警声 10. 故障提示: 液晶面板出现“系统错误”信息提示, 并发出警报声 11. 升温机重量: $\leq 5.4\text{kg}$, 电源线长度: ≥ 5 米 12. 风机电机: 运行速度 ≤ 2900 转/分钟 13. 体表加温毯材质: SMS 材料, 可与患者皮肤直接

			接触	14. 无菌：所有毯型均为辐照灭菌 15. 毯型≥ 17种 16. 垫毯类（包括身下毯、截石位毯、儿童毯）应具备两侧压虚线设计以及高密度小圆孔透气设计，确保达到对患者高效的对流式加温效果 17. 截石位垫毯需具备包裹全腿设计，以提升保温效果 18. 小号儿童类垫毯应具备可包裹全身设计，可在术前术后包裹患儿，术中可打开便于手术 19. 具备全身盖毯、全身垫毯、成人U型毯、截石位毯以及儿童类毯型
	白内障手术器械包	1	套	1. 显微眼用镊：102$\times$0.2，直，1$\times$2齿 2. 眼科镊：102$\times$0.5，直，有齿 3. 开睑器：丝状，52$\times$13.5 4. 撕囊镊：105$\times$10$\times$45°，角弯，弧头，圆柄，滚花 5. 角膜剪：116$\times$16，弯，钝头，圆柄 6. 显微眼用刀：115，浆形，劈刀 7. 显微眼用刀：120$\times$12，二分，劈核 8. 晶体定位钩：120$\times$0.15，角形，直，T形头 9. 显微眼用剪：82$\times$9.5，锐尖，弯 10. 角膜剪：116$\times$16，弯，钝头，圆柄 11. 眼用显微持针钳：115$\times$11，弯尖头，不带锁 12. 超声乳化仪可重复使用管道套装：OP085（18个），



				需与现有机型匹配 (强生/COMPACT INTUITIV)
				13. 白内障手术器械包消毒盒 1 个