

新疆凯立健医疗器械经营有限公司报价表

项目名称：巴楚县人民医院手术室数控气压止血带采购

项目编号：62024082928535105

序号	设备名称	数量	性能参数	品牌	型号	单价(元)	总价(元)
1	气压止血器	2	<p>一、结构组成： 气压止血器由主机、止血袖带、单通道、活动滑轮（可选）、筐（可选）、支架（可选）组成，其中主机是由压力传感器、微型气泵、气嘴连接器、参数设置显示装置和电器控制器组成。</p> <p>二、基本原理： 气压止血器通过对止血袖带气压压力控制，压迫肢体，阻断血液流动，以达到止血的目的。肢体手术使用止血带后，可暂时阻断该肢体的血供，提供一个无血的手术视野，同时减少手术出血量。（不适用于股动脉止血）。</p> <p>三、性能指标</p> <p>1) 物理性能方面</p> <p>1.1 止血带的压力设定范围为 1kPa~100kPa (1mmHg~650mmHg)，允差：±10%。 * 1.2 止血带时间设定范围：1min ~120min，允差：±10%。 1.3 止血带的初始充气时间应不大于 60 秒。</p> <p>2) 操作性能方面</p> <p>2.1 止血带的控制和调节机构应灵活、可靠，紧固部位应无松动。 * 2.2 止血带在手术止血中，压力值的预定一般为：上肢为 40kPa，下肢 80kPa。 * 2.3 止血带工作气压应在 1kPa~100kPa 范围内任意可调，设定的气压稳定压力波动度不大于±1kPa。</p> <p>3) 气密性方面 止血气袋及各部件接口应能承受 120kPa 压力下，止血气袋雌雄搭扣不脱开，各部件接口应有良好的气密性。 * 4) 止血带设定时间倒计时至 10min 和 5min 时，应有 6 次声音警示；倒计时至 1min 时，应有 10 次声音警示。 5) 止血带正常工作时噪声应不大于 65dB (A 计权)。 * 6) 止血带的使用必须满足安全，所以我公司除了对产品必须满足原先的安全要求（即符合 GB9706.1-2007、GB/T 14710-2009 要求）外，还增加了 2012</p>	亿帆医疗	YF-ATS-D	8500.00	17000.00



2	布质袖带	4套	布质袖带四套（特大、大、中、小号）。	亿帆医疗	YF-ATS-D型	700.00	2800.00
合计(元)						19800.00	

报价单位名称：新疆凯立健医疗器械经营有限公司

地址：新疆喀什叶城县上海产业园19幢

联系方式：19099157699

联系人：张永华

报价时间：2024年09月02日

