

麦盖提县人民医院CT球管询价采购技术参数

性能参数：

项目	具体参数
安装要求	上门安装调试
球管热容量	7.5MHU
阳极靶面直径	200mm
球管阳极最大散热率	1386kHU/min
小焦点尺寸	0.7mm×0.7mm
大焦点尺寸	1.0mm×1.0mm
最小管电压	70kV
最大管电压	140kV
管电压档位	70kV,80kV,100kV,120kV,140kV □
最小管电流	6mA
最大管电流	667mA
最小灯丝频率	50 Hz
最大灯丝频率	40 kHz
球管灯丝最大瞬时电流	5.0 A

成交后15个工作日完成安装调试。报价前可电话联系了解安装环境也可以现场踏勘。

联系电话：13565391206（郭老师），09987869098（科室电话）