

实验用温度计技术参数

序号	指标名称	指标要求
1	产品名称	精密红水温度计
2	产品材质	红水+玻璃
3	产品长度	$\leq 50\text{cm}$
4	产品规格	$-30\sim 50^{\circ}\text{C}$
5	制作工艺	激光雕刻刻度
6	产品特点	防爆设计 自动升降
7	精度误差	$\leq 1^{\circ}\text{C}$
8	其他要求	温度计属于强制检定计量器具，首次检定必须由官方计量检测部门检定，并出具检定证书