

62024102891063957

皮山县人民医院2024年第三季度医疗器械采购项目(包一)

江西速腾医疗器械有限公司报价单

序号	设备名称	生产厂家	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	拨片储存柜	洛阳市双镁办公家具有限公司	72抽/403(长)*478(宽)*1625(高)	10	个	3100	31000
2	蜡块储存柜	洛阳市双镁办公家具有限公司	18抽/450(长)*478(宽)*1295(高)	10	个	2500	25000
3	LED观片灯	常州市威墅堰医疗器械有限公司	QSGP 型	1	台	900	900
4	腹腔镜(保护性)鞘卡	浙江天松医疗器械股份有限公司	E2016.17 Φ5.5mm	2	个	2000	4000
5	腹腔镜(保护性)鞘卡	浙江天松医疗器械股份有限公司	E2016.18 Φ10.5mm	2	个	2000	4000
6	套管式转换器	浙江天松医疗器械股份有限公司	E2017.1 10mm/5mm	2	个	800	1600
7	腹腔镜弹簧抓钳	浙江天松医疗器械股份有限公司	E2007.3 Φ5×330	1	个	1600	1600
8	眼科白内障手术器械包	泗洪县爱尔医疗器械厂	23件套	5	套	4000	20000
9	超声乳化白内障人工晶体手术器械包	泗洪县爱尔医疗器械厂	13件套	5	套	2400	12000
合计金额大写: 壹拾万零壹佰元整						合计金额小写:	100100

公司地址: 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人: 胡海良

项目负责人电话: 137 0791 5265



拨片储存柜-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	1. 规格： 403（长）*478（宽）*1625（高）（±30cm）	1. 规格： 403（长）*478（宽）*1625（高）（±30cm）
2	2. 底座采用钢板，箱体1.2mm冷轧钢板，抽屉1.0mm冷轧钢板，七二十抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片850张，每组存放切片60000张），玻片专用抽进口ABS板式滑道，抽屉内置暗锁，防滑功能。	2. 底座采用钢板，箱体1.2mm冷轧钢板，抽屉1.0mm冷轧钢板，七二十抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片约900张，每组存放切片约65000张），玻片专用抽进口ABS板式滑道，抽屉内置暗锁，防滑功能。
3	3. 抽屉内有塑料分隔条，便于存档。	3. 抽屉内有塑料分隔条，便于存档。
4	4. 柜体表面处理脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂	4. 柜体表面处理脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂
5	5. 插槽：金属开模专用插槽。	5. 插槽：金属开模专用插槽。
6	6. 标鉴槽：一体化冲压成型。	6. 标鉴槽：一体化冲压成型。

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



蜡块储存柜-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	1. 规格： 450（长）*478（宽）*1295（高）（ $\pm 30\text{cm}$ ）	1. 规格： 450（长）*478（宽）*1295（高）（ $\pm 30\text{cm}$ ）
2	2. 采用钢板，底座1.2mm冷轧钢板，箱体0.8mm冷轧钢板，抽屉0.8mm冷轧钢板，每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有活动分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块12000块左右。	2. 采用钢板，底座1.2mm冷轧钢板，箱体0.8mm冷轧钢板，抽屉0.8mm冷轧钢板，每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有活动分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块约12300块左右。
3	3. 拉手：ABS暗拉手。	3. 拉手：ABS暗拉手。
4	4. 表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。	4. 表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。
5	5. 专用插槽、标签槽一体化冲压成型。	5. 专用插槽、标签槽一体化冲压成型。

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



LED观片灯-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	1、三联LED观片灯、铝合金外壳，背光源类型色温、寿命:超亮度SMDLED144颗/联 \geq 8000K 色温:光源寿命-52-10万个小时	1、三联LED观片灯、铝合金外壳，背光源类型色温、寿命:超亮度SMDLED144颗/联 \geq 10000K 色温:光源寿命-52-10万个小时
2	2、电源、电压、频率:电压:220V	2、电源、电压、频率:电压:220V
3	3、观察屏亮度调节范围:采用PWM调光技术，100档无极可调，亮度范围0~4500cd/m ²	3、观察屏亮度调节范围:采用PWM调光技术，100档无极可调，亮度范围0~4500cd/m ²
4	4、自动感应:插片自动点亮，取片自动熄灭	4、自动感应:插片自动点亮，取片自动熄灭
5	5、显示面板:带有3位数码显示面板，显示调光功能状态，操作方便直观	5、显示面板:带有3位数码显示面板，显示调光功能状态，操作方便直观
6	6、观察屏亮度均匀性: \geq 90%	6、观察屏亮度均匀性: \geq 90%
7	7、观察屏散射系数: $>$ 0.9	7、观察屏散射系数: $>$ 0.9
8	8、夹片装置:软硅胶夹片装置夹片装置	8、夹片装置:软硅胶夹片装置夹片装置
9	9、安装方法:挂壁式. 支架式，照明等级AA级别	9、安装方法:挂壁式. 支架式，照明等级AA级别

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



腹腔镜（保护性）鞘卡-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	1、工作长度115mm, 穿刺针外径5.5mm;	1、工作长度115mm, 穿刺针外径5.5mm;
2	2、穿刺效果优良, 操作省力;	2、穿刺效果优良, 操作省力;
3	3、密封性好, 经4KPa气压无泄漏;	3、密封性好, 经4KPa气压无泄漏;
4	4、穿刺针头采用马氏体不锈钢, 锐利耐用;	4、穿刺针头采用马氏体不锈钢, 锐利耐用;
5	5、磁片式密封, 穿刺内芯带保护, 穿刺套管带螺纹;	5、磁片式密封, 穿刺内芯带保护, 穿刺套管带螺纹;
6	6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um, 光滑圆平整, 无锋棱、砂眼等缺陷;	6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um, 光滑圆平整, 无锋棱、砂眼等缺陷;
7	7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌;	7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌;
8	8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定;	8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定;
9	9、采用医用不锈钢精密加工;	9、采用医用不锈钢精密加工;

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



腹腔镜（保护性）鞘卡-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	1、工作长度120mm, 穿刺针外径10.5mm;	1、工作长度120mm, 穿刺针外径10.5mm;
2	2、穿刺效果优良, 操作省力;	2、穿刺效果优良, 操作省力;
3	3、密封性好, 经4KPa气压无泄漏	3、密封性好, 经4KPa气压无泄漏
4	4、穿刺针头采用马氏体不锈钢, 锐利耐用	4、穿刺针头采用马氏体不锈钢, 锐利耐用
5	5、磁片式密封, 穿刺内芯带保护, 穿刺套管带螺 纹	5、磁片式密封, 穿刺内芯带保护, 穿刺套管带螺 纹
6	6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um, 光滑圆平整, 无锋棱、砂眼等缺陷;	6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um, 光滑圆平整, 无锋棱、砂眼等缺陷;
7	7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环 氧乙烷等主流方式消毒灭菌;	7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环 氧乙烷等主流方式消毒灭菌;
8	8、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中沸水试验法b级 的规定;	8、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中沸水试验法b级 的规定;
9	9、采用医用不锈钢精密加工;	9、采用医用不锈钢精密加工;

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



套管式转换器-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	1、10mm转5mm转换器	1、10mm转5mm转换器
2	2、有效进行器械通道的转换，器械长度100mm；	2、有效进行器械通道的转换，器械长度100mm；
3	3、密封帽采用硅胶材质，密封性能好，经4KPa气压无泄漏；	3、密封帽采用硅胶材质，密封性能好，经4KPa气压无泄漏；
4	4、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；	4、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；
5	5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；	5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；
6	6、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；	6、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；
7	7、采用医用不锈钢精密加工；	7、采用医用不锈钢精密加工；

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



腹腔镜弹簧抓钳-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	1、工作长度330mm，器械直径5mm；钳头中空	1、工作长度330mm，器械直径5mm；钳头中空
2	2、手柄握持舒适，弹簧力度合适；	2、手柄握持舒适，弹簧力度合适；
3	3、钳头伸缩顺畅；	3、钳头伸缩顺畅；
4	4、夹持力满足需求；	4、夹持力满足需求；
5	5、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；	5、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；
6	6、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；	6、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；
7	7、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；	7、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；
8	8、采用医用不锈钢精密加工；	8、采用医用不锈钢精密加工；

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



眼科白内障手术器械包-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	<p>眼科白内障手术器械包，要求包含：系线镊（85×6，直，标准，扁柄），系线镊（85×12×6×45°，角弯，平台，标准，扁柄），显微眼用镊（85×0.25，直，带台，半圆槽，标准），缝线结扎镊（85×6×0.1，直，1×2齿，扁柄），撕囊镊（105×10×45°，角弯，弧头，圆柄，滚花），晶体植入镊（哈夫式，120 圆弯，平头，精细，簧式扁柄），眼用显微持针钳（115×11，弯尖头，不带锁），显微眼用剪（82×9.5，锐尖，直），显微眼用剪（82×9.5，锐尖，弯），膜状内障剪（120，刃长12，直型），角膜剪（116×16，弯，钝头，圆柄），晶体定位钩（120×0.15，角形，直，T形头），晶体定位钩（110，右角弯，10×0.15），虹膜拉钩（120×0.5），晶体线环（120×3×8，直，杆式），开睑器（丝状，52×13.5），注吸器手柄（90，B型），显微眼用钩具（120，角弯），虹膜拉钩（冲洗式），注吸器（双并管，7#，孔径0.30），注吸器（反向双并管，7#，孔径0.30），刀片夹持器（120，直），消毒盒（262×162×22）。</p>	<p>该套器械包由23件产品组成，包括：系线镊（85×6，直，标准，扁柄），系线镊（85×12×6×45°，角弯，平台，标准，扁柄），显微眼用镊（85×0.25，直，带台，半圆槽，标准），缝线结扎镊（85×6×0.1，直，1×2齿，扁柄），撕囊镊（105×10×45°，角弯，弧头，圆柄，滚花），晶体植入镊（哈夫式，120 圆弯，平头，精细，簧式扁柄），眼用显微持针钳（115×11，弯尖头，不带锁），显微眼用剪（82×9.5，锐尖，直），显微眼用剪（82×9.5，锐尖，弯），膜状内障剪（120，刃长12，直型），角膜剪（116×16，弯，钝头，圆柄），晶体定位钩（120×0.15，角形，直，T形头），晶体定位钩（110，右角弯，10×0.15），虹膜拉钩（120×0.5），晶体线环（120×3×8，直，杆式），开睑器（丝状，52×13.5），注吸器手柄（90，B型），显微眼用钩具（120，角弯），虹膜拉钩（冲洗式），注吸器（双并管，7#，孔径0.30），注吸器（反向双并管，7#，孔径0.30），刀片夹持器（120，直），消毒盒（262×162×22）。</p>

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265



超声乳化白内障人工晶体手术器械包-江西速腾医疗器械有限公司

序号	采购需求参数	报价响应参数
1	<p>眼科显微手术器械包，要求包含：系线镊（85×6，直，标准，扁柄），缝线结扎镊（85×6×0.1，直，1×2齿，扁柄），撕囊镊（108×11×45°，角弯，直头，截囊刀形，超薄，扁柄），角膜剪（116×16，弯，钝头，圆柄），晶体定位钩（120×0.15，角形，直，T形头），晶体定位钩（110，右角弯，10×0.15），虹膜拉钩（120×0.5），显微眼用钩具（115，角弯，直形，90°刃，刃长1.8），晶体定位钩（110，角弯，90°），开睑器（丝状，52×13.5），冲洗针（弯，球形，后囊膜抛光），虹膜拉钩（冲洗式），消毒盒（262×162×22）。</p>	<p>该器械包由13件产品组成，包括：系线镊（85×6，直，标准，扁柄），缝线结扎镊（85×6×0.1，直，1×2齿，扁柄），撕囊镊（108×11×45°，角弯，直头，截囊刀形，超薄，扁柄），角膜剪（116×16，弯，钝头，圆柄），晶体定位钩（120×0.15，角形，直，T形头），晶体定位钩（110，右角弯，10×0.15），虹膜拉钩（120×0.5），显微眼用钩具（115，角弯，直形，90°刃，刃长1.8），晶体定位钩（110，角弯，90°），开睑器（丝状，52×13.5），冲洗针（弯，球形，后囊膜抛光），虹膜拉钩（冲洗式），消毒盒（262×162×22）。</p>

公司地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区52栋3楼M区09号

项目联系人：胡海良

项目负责人电话：137 0791 5265

