

六、采购报价单

采购报价单

供应商名称(公章):  南京方业医疗科技有限公司

法人或被授权人签字: 张海洋 单位: 元

序号	名称	数量	单位	品牌规格 型号	生产 厂商	投标单 价	投标 金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离 招标要求	备注
1.	定位器手柄 人体工学手 柄握持设计, 配合套筒及 定位钩使用	1	把	钱畅/GJD501	杭州南 宇医疗 器械有 限公司	9600	9600	长度尺寸≤106mm	长度尺寸≤106mm	响应	
2.	定位器套筒 定位器套筒 用于定位过 导针	1	把	钱畅/GJD500	杭州南 宇医疗 器械有 限公司	5000	5000	外孔直径尺寸≤6.4mm; 内孔直径尺寸≤2.45mm	外孔直径尺寸≤6.4mm; 内孔直径尺寸≤2.45mm	响应	
3.	前叉点对点 定位钩用于 前交叉韧带的 定位钩为 定位同心设计	1	把	钱畅 /GJD501-1	杭州南 宇医疗 器械有 限公司	5500	5500	定位角度为 40° ~65°	定位角度为 40° ~65°	响应	
4.	后叉胫骨定 位钩用于后 交叉韧带胫 骨的定位钩 为定位同心	1	把	钱畅 /GJD501-3	杭州南 宇医疗 器械有 限公司	5000	5000	定位角度为 40° ~65°	定位角度为 40° ~65°	响应	



序号	名称	数量	单位	品牌规格型号	生产厂商	投标单价	投标金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离/招标要求	备注
	设计										
5.	PCL 保护器	1	把	钱畅/GJD415	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	总长尺寸≤214mm；金属杆宽度尺寸≤3.8mm	总长尺寸≤214mm；金属杆宽度尺寸≤3.8mm	响应	
6.	股骨导向器 (经前内入路)	1	把	钱畅/GJD532.1	杭州南宇医疗器械有限公司	2500	2500	5mm 总长尺寸≤233mm；金属杆内孔尺寸≤2.7mm	5mm 总长尺寸≤233mm；金属杆内孔尺寸≤2.7mm	响应	
7.	股骨导向器 (经前内入路)	1	把	钱畅/GJD532.2	杭州南宇医疗器械有限公司	2500	2500	6mm 总长尺寸≤233mm；金属杆内孔尺寸≤2.7mm	6mm 总长尺寸≤233mm；金属杆内孔尺寸≤2.7mm	响应	
8.	股骨导向器 (经前内入路)	1	把	钱畅/GJD532.3	杭州南宇医疗器械有限公司	2500	2500	7mm 总长尺寸≤233mm；金属杆内孔尺寸≤2.7mm	7mm 总长尺寸≤233mm；金属杆内孔尺寸≤2.7mm	响应	
9.	测深尺	1	把	钱畅/GJ1403	杭州南宇医疗器械有限公司	2000	2000	带钩总长尺寸≤350mm；金属杆长度尺寸≤240mm；头部弯钩宽度尺寸≤4mm	带钩总长尺寸≤350mm；金属杆长度尺寸≤240mm；头部弯钩宽度尺寸≤4mm	响应	
10.	韧带测量器	1	把	钱畅/GJD404	杭州南宇医疗器械有限公司	4500	4500	开口长度尺寸≤195mm；宽度尺寸≤30mm；高度尺寸≤25.5mm；孔的直径尺寸：4.5~12	开口长度尺寸≤195mm；宽度尺寸≤30mm；高度尺寸≤25.5mm；孔的直径尺寸：4.5~12	响应	
11.	闭口取腱器	1	把	钱畅/GJD405.7	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	7mm 总长尺寸≤406mm；金属杆尺寸≤295mm	7mm 总长尺寸≤406mm；金属杆尺寸≤295mm	响应	
12.	空心钻头	1	把	钱畅/GJD504.5	杭州南宇医疗	2200	2200	4.5mm 总长尺寸≤203.5mm；钻头直径尺寸≤4.5mm	4.5mm 总长尺寸≤203.5mm；钻头直径尺寸≤4.5mm	响应	



序号	名称	数量	单位	品牌规格型号	生产厂商	投标单价	投标金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离 招标要求	备注
					器械有限公司						
13.	空心钻头	1	把	钱畅/GJD506	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	6.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤6mm	6.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤6mm	响应	
14.	空心钻头	1	把	钱畅/GJD507	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	7.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤7mm	7.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤7mm	响应	
15.	空心钻头	1	把	钱畅/GJD508	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	8.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤8mm	8.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤8mm	响应	
16.	空心钻头	1	把	钱畅/GJD509	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	9.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤9mm	9.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤9mm	响应	
17.	空心钻头	1	把	钱畅/GJD510	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	10.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤10mm	10.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤10mm	响应	
18.	空心球头钻	1	把	钱畅/GJD516	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	6.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤6mm	6.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤6mm	响应	
19.	空心球头钻	1	把	钱畅/GJD517	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	7.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤7mm	7.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤7mm	响应	
20.	空心球头钻	1	把	钱畅/GJD518	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	8.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤8mm	8.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤8mm	响应	



序号	名称	数量	单位	品牌规格型号	生产厂商	投标单价	投标金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离招标要求	备注
21.	空心球头钻	1	把	钱畅/GJD519	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	9.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤9mm	9.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤9mm	响应	
22.	空心球头钻	1	把	钱畅/GJD520	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	10.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤10mm	10.0mm 总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸≤10mm	响应	
23.	韧带工作台	1	把	钱畅/GJD410	杭州南宇医疗器械有限公司	4600	4600	总长尺寸≤480mm；宽度尺寸≤90mm；高度尺寸≤14.5mm	总长尺寸≤480mm；宽度尺寸≤90mm；高度尺寸≤14.5mm	响应	
24.	软组织夹	1	把	钱畅/GJD410	杭州南宇医疗器械有限公司	4800	4800	长度尺寸≤51mm；宽度尺寸≤20mm；高度尺寸≤56mm	长度尺寸≤51mm；宽度尺寸≤20mm；高度尺寸≤56mm	响应	
25.	导丝	1	把	钱畅/GJ1112.2	杭州南宇医疗器械有限公司	550	550	1.2mm 长度尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸≤1.2mm	1.2mm 长度尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸≤1.2mm	响应	
26.	带孔导针	1	把	钱畅/GJD418	杭州南宇医疗器械有限公司	400	400	2.3×38cm(尖角)总长尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸≤2.3mm	2.3×38cm(尖角)总长尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸≤2.3mm	响应	
27.	带孔导针	1	把	钱畅/GJD421	杭州南宇医疗器械有限公司	400	400	2.3×38cm 总长尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸≤2.3mm	2.3×38cm 总长尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸≤2.3mm	响应	
28.	肌腱刮板	1	把	钱畅/GJD421.1	杭州南宇医疗器械有限公司	2000	2000	经典型长度尺寸≤80mm；宽度尺寸≤0.8mm；高度尺寸≤60mm；孔径≥5.5~9mm	经典型长度尺寸≤80mm；宽度尺寸≤0.8mm；高度尺寸≤60mm；孔径≥5.5~9mm	响应	



序号	名称	数量	单位	品牌规格型号	生产厂商	投标单价	投标金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离/不响应/不满足要求	备注
29.	界面螺钉改锥	1	把	钱畅/GJD433	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	6-10mm 总长尺寸≤260mm；金属杆尺寸≤160mm；金属杆内孔尺寸≤1.3mm	6-10mm 总长尺寸≤260mm；金属杆尺寸≤160mm；金属杆内孔尺寸≤1.3mm	响应	
30.	埋线钳	1	把	钱畅/GJ1033	杭州南宇医疗器械有限公司	4600	4600	金属杆长度尺寸≤155mm；手柄高度尺寸≤102mm；钳头高度尺寸≤3.5mm	金属杆长度尺寸≤155mm；手柄高度尺寸≤102mm；钳头高度尺寸≤3.5mm	响应	
31.	器械盒	1	把	钱畅/WL-GJ01	杭州南宇医疗器械有限公司	3900	3900	根据科室需求配置	根据科室需求配置	响应	
32.	导向器缝合器	1	把	钱畅/GJ1170.3	杭州南宇医疗器械有限公司	2300	2300	≥65° 左	≤65° 左	响应	
33.	导向器缝合器	1	把	钱畅/GJ1170.4	杭州南宇医疗器械有限公司	2300	2300	≥65° 右	≤65° 右	响应	
34.	导向器缝合器	1	把	钱畅/GJ1170.5	杭州南宇医疗器械有限公司	2300	2300	≤90° 左	≤90° 左	响应	
35.	导向器缝合器	1	把	钱畅/GJ1170.6	杭州南宇医疗器械有限公司	2300	2300	≤90° 右	≤90° 右	响应	
36.	剪线钳	1	把	钱畅/GJ1158	杭州南宇医疗器械有限公司	8800	8800	金属杆直径≥3.2mm，长度尺寸≥155mm，闭口式	金属杆直径≥3.2mm，长度尺寸≥155mm，闭口式	响应	
37.	埋线钳	1	把	钱畅/GJ1033	杭州南宇医疗	4700	4700	金属杆长度尺寸≤155mm；手柄高度尺寸≤102mm；钳头高度尺寸≤3.5mm	金属杆长度尺寸≤155mm；手柄高度尺寸≤102mm；钳	响应	



序号	名称	数量	单位	品牌规格型号	生产厂商	投标单价	投标金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离/招标要求	备注
					器械有限公司				头高度尺寸≤3.5mm		
38.	开口线剪	1	把	钱畅/GJ1158	杭州南宇医疗器械有限公司	8700	8700	金属杆长度尺寸≤155mm;手柄高度尺寸≤102mm;钳头高度尺寸≤3mm	金属杆长度尺寸≤155mm;手柄高度尺寸≤102mm;钳头高度尺寸≤3mm	响应	
39.	组织抓钳	1	把	钱畅/GJ1136	杭州南宇医疗器械有限公司	8500	8500	金属杆长度尺寸≤155mm;手柄高度尺寸≤102mm;钳头高度尺寸≤3.5mm	金属杆长度尺寸≤155mm;手柄高度尺寸≤102mm;钳头高度尺寸≤3.5mm	响应	
40.	戳枪	1	把	钱畅/GJ1041	杭州南宇医疗器械有限公司	8500	8500	直型金属杆长度尺寸≤155mm;手柄高度尺寸≤102mm;钳头高度尺寸≤2.7mm	直型金属杆长度尺寸≤155mm;手柄高度尺寸≤102mm;钳头高度尺寸≤2.7mm	响应	
41.	过线器(缝合钩)	1	把	钱畅/GJ1142.2	杭州南宇医疗器械有限公司	1900	1900	右弯≥45°,总长尺寸≥300mm	右弯≥45°,总长尺寸≥300mm	响应	
42.	过线器(缝合钩)	1	把	钱畅/GJ1142.1	杭州南宇医疗器械有限公司	1900	1900	左弯≥45°,总长尺寸≥300mm	左弯≥45°,总长尺寸≥300mm	响应	
43.	过线器(缝合钩)	1	把	钱畅/GJ1142	杭州南宇医疗器械有限公司	1900	1900	直型≥80°,总长尺寸≥300mm	直型≥80°,总长尺寸≥300mm	响应	
44.	过线器(缝合钩)	1	把	钱畅/GJ1141	杭州南宇医疗器械有限公司	1900	1900	直型≥15°,总长尺寸≥300mm	直型≥15°,总长尺寸≥300mm	响应	
45.	推结器	1	把	钱畅/GJ1030	杭州南宇医疗器械有限公司	1050	1050	总长尺寸≤210mm;金属杆≤3mm	总长尺寸≤210mm;金属杆≤3mm	响应	

序号	名称	数量	单位	品牌规格型号	生产厂商	投标单价	投标金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离招标要求	备注
					有限公司						
46.	骨锉	1	把	钱畅/GJ1132	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	上弯 20° 总长尺寸≤259.3mm	上弯 20° 总长尺寸 ≤ 259.3mm	响应	
47.	关节孟锉	1	把	钱畅/GJ1132.2	杭州南宇医疗器械有限公司	2200	2200	双面金属杆, 直径≥6mm, 总长尺寸≥250mm	双面金属杆, 直径≥6mm, 总长尺寸≥250mm	响应	
48.	交换棒	1	把	钱畅/GJ1112	杭州南宇医疗器械有限公司	500	500	3.5m 总长尺寸≤305mm; 金属杆直径尺寸≤3.5mm	3.5m 总长尺寸≤305mm; 金属杆直径尺寸≤3.5mm	响应	
49.	导丝	1	把	钱畅/GJ1140S	杭州南宇医疗器械有限公司	500	500	根据科室需求配置	根据科室需求配置	响应	
50.	开路器	1	把	钱畅/GJ1107	杭州南宇医疗器械有限公司	2400	2400	范围≥3.8~5.5mm, 金属杆长度≥140mm	范围≥3.8~5.5mm, 金属杆长度≥140mm	响应	
51.	开路器	1	把	钱畅/GJ1108	杭州南宇医疗器械有限公司	2400	2400	范围≥4.5~5.5mm, 金属杆长度≥140mm	范围≥4.5~5.5mm, 金属杆长度≥140mm	响应	
52.	限深螺纹钻头	1	把	钱畅/GJ1115	杭州南宇医疗器械有限公司	1500	1500	直径≥2.4mm, 金属杆长度≥250mm	直径≥2.4mm, 金属杆长度≥250mm	响应	
53.	鱼唇导向打孔器	1	把	钱畅/GJ1103	杭州南宇医疗器械有限公司	1700	1700	直径≥3.5m, 金属杆长度≥130mm	直径≥3.5m, 金属杆长度≥130mm	响应	





序号	名称	数量	单位	品牌规格型号	生产厂商	投标单价	投标金额	招标参数配置要求	投标参数配置	响应/偏离/备注	备注
54.	锚钉导向针	1	把	钱畅/GJ1118	杭州南宇医疗器械有限公司	1000	1000	直径≥2.4m, 金属杆长度≥230mm	直径≥2.4m, 金属杆长度≥230mm	响应	
55.	限深螺纹钻头	1	把	钱畅/GJ1116	杭州南宇医疗器械有限公司	1200	1200	直径≥2.9mm, 金属杆长度≥250mm	直径≥2.9mm, 金属杆长度≥250mm	响应	
56.	肩关节器械盒	1	把	钱畅/WL-GJ02	杭州南宇医疗器械有限公司	3100	3100	根据科室需求配置	根据科室需求配置	响应	
合 计: 166900 元							166900				

注: 1、如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。2、投标配置: 供应商必须提供实际配置参数, 不可提供范围, 不可虚假投标。3.投标配置需满足所有招标参数配置要求, 若有任意一项不满足, 务必将不满足项在偏离招标要求中写出。