

# 食安云科技（河南）有限公司询价采购报价单

项目名称：伊犁州奎屯市快检实验室采购

采购单位：奎屯市公安局

报价单位：食安云科技（河南）有限公司

联系人：刘志远

联系电话：17530211638

## 一、报价内容明细：

序号	设备名称	型号	参数	单位	单价	数量	总价
1	便携式拉曼光谱检测仪	YXR-P200	1、仪器为便携手提箱式，采用 $\geq 10$ 英寸触摸液晶屏。 2、▲具有嵌入式打印机及旋转检测池模块，无需更换附件即可实现色谱瓶、比色皿、增强芯片及固体直测检测需求。需提供功能截图 3、拉曼探头可外置，具有外部触发按钮 4、▲中心波长： $785\text{ nm} \pm 0.5\text{ nm}$ ；光谱范围： $150\text{ cm}^{-1}$ - $3500\text{ cm}^{-1}$ ；分辨率： $< 6\text{ cm}^{-1}$ 。提供省级或以上机构的检测报告 5、▲纳米增强试剂稳定性 $\geq 12$ 个月，增强因子应 $\geq 108$ ，报告中应含有纳米试剂电镜图。提供省级或以上机构的验证报告	台	172000	1	172000
2	智慧型食品安全综合分析仪	YR-MFT900	支持数据上传和合格证打印 ▲分光模块 $\geq 24$ 通道，波长误差 $\leq \pm 3.5\text{ nm}$ ，透射比示值误差 $\leq \pm 1.0\%$ ，透射比重复性 $\leq 0.5\%$ ，通道间误差 $\leq 0.10$ ，灵敏度： $0.1\text{ mg/L}$ 灭多威抑制率 $\geq 90\%$ ，提供法定计量机构出具的带有CMA或CNAS认证标识和防伪二维码的校准证书复印件 ▲胶体金模块示值误差 $\leq \pm 0.1$ ，示值重复性 $\leq \pm 0.5\%$ ，示值稳定性 $\leq \pm 2.0\%$ ，提供国家级计量机构出具的带有防伪二维码（可微信扫码查伪）的测试报告扫描件	台	68300	1	68300

			高通量胶体金模块可同时检测不少于 10 个农残项目指标				
3	手持式 食药胶 体金分 析仪	YR- CIA 231 0	<p>1、仪器采用胶体金免疫层析扫描技术，可检测农药残留和兽药残留等项目。</p> <p>2、检测卡可自动进出仓，智能识别 C、T 线，自动获取检测结果。</p> <p>3、≥5 寸触摸屏，多点触控，内置锂离子电池，支持数据上传。</p> <p>▲4、示值误差 (n≥10) ≤±0.1，示值重复性 (n≥10) ≤±0.5%，示值稳定性 (60min, n≥10) ≤±1.0%，提供国家级计量机构出具的带有防伪二维码（可微信扫码查伪）的测试报告扫描件。</p>	台	24000	1	24000
4	食用油 品质检 测仪	YR- OS- 280	<p>测量温度：0~200.0℃</p> <p>TPM（极性化合物组分含量）：0~50%。</p> <p>分辨率：温度分辨率：0.1℃</p> <p>温度测量误差：±1.5℃</p> <p>TPM 重复性：≤±2% (n≥9)</p> <p>TPM 示值误差：≤±2%</p> <p>TPM 响应时间：&lt;15s</p> <p>温度传感器：PTC 传感器</p> <p>TPM 传感器：电容传感器</p> <p>操作环境温度：(0~+50)℃</p> <p>显示方式：中文操作界面彩屏，显示屏不小于 1.8 寸 LED（绿/黄/红）指示灯提示换油时间</p> <p>数据传输：主机应配置 USB 接口、蓝牙模块，可实现蓝牙打印和数据上传</p> <p>防水防尘等级：不低于 IP 65</p>	台	9600	1	9600
5	现场勘 验化验 箱	SAY -10 1	<p>1. 500g/0.01g 天平 1 台</p> <p>2. 15cm 搅匀棒 1 支</p> <p>3. PVC 尿杯 1 包</p> <p>4. 不锈钢取样剪 1 把</p> <p>5. 便携式计时器 1 个</p> <p>6. 双面离心管架 1 个</p> <p>7. 移液器和枪头等不同规格一套</p> <p>8. 5ml、15ml 离心管各 1 包</p> <p>9. 50ml 离心管 6 个</p> <p>10. 常用耗材</p> <p>11. 常用试剂配置</p>	套	12300	1	12300

6	现场勘 验冷藏 取样箱	SAY -10 5	序号 名称 规格 单位 数量 1 保温冷藏箱 体积 23L, 长效保温 96 小时 个 1 2 物证袋 警用, 自粘, 100 个/包 包 1 3 普通采样袋 12×18cm, 100 个/包 包 1 4 记号笔 油性, 大小头 支 1 5 剪刀 不锈钢, 中号 把 1 6 刀 不锈钢, 把 1 7 药勺 大号+中号+小号各 1 个 套 1 8 镊子 不锈钢, 16 cm 个 1 9 一次性采样手套 100 只/包 包 1 10 带盖塑料离心管 15mL, 20 个/包 包 1 11 一次性吸管 3mL, 100 只/包 包 1	个	3700	1	3700
7	现场取 样防护 箱	SAY -10 4	序号 名称 规格 单位 数量 1 护目镜 防飞溅, 耐腐蚀 副 10 2 防毒面具 可替换滤芯, 防护有机气体及蒸汽配 10 个滤芯 套 1 3 防护口罩 挂耳式, KN90 及以上防护等级 个 10 4 防护面罩 一次性, 高透光、不起雾 个 10 5 安全防护服 一次性, 连体式 件 10 6 防护手套 丁腈防腐蚀 副 10 7 防菌靴套 一次性, 防菌靴套 双 10 8 防护靴 耐酸碱, 防滑耐磨, 防砸 双 1 9 消毒剂 按压免洗消毒剂 瓶 1 10 防护工具箱 个 1	套	6700	1	6700
8	冷藏、 冷冻柜	BCD -51 7WL HSS EDB 9	散热方式: 两侧散热; 总容积: 517L; 额定电压: 220V; 额定频率: 50HZ	台	5700	1	5700
9	照相机	DC2 06X	前后双摄: 6400 万像素; 1600 万图像传感器; 自动对焦人脸主体; 电容触摸屏	台	2100	1	2100

10	摄像机	CAI ZU V16	5倍光学变焦； 内置麦克风； 轻巧便捷； 超大光圈；超长续航； 像素：601万以上； 变焦倍数：15倍以下；	台	3200	1	3200
11	电脑	华为	Matebook14 i5 16+1Tb 的	台	5500	1	5500
12	打印机	M71 66D W	打印+复印+扫描；平板式+馈纸式	台	2400	1	2400
13	台式低速自动平衡离心机	DMO 412	1、最高转速： $\geq 4000$ r/min，步进 $\geq 100 \times g$ (r/min) 2、转速精度： $\leq \pm 20$ r/min 3、最大相对离心力： $\geq 2490 \times g$ 4、加减速时间： $\leq 30$ s 5、随机配备高强度塑料合金转子角转子1只，转子可同时兼容6×50mL和6×15mL离心管，不用更换转子 6、定时范围：1min~99min 7、整机噪声： $\leq 56$ dB 8、电源：AC 220V $\pm 22$ V 50Hz，整机功率 $\leq 250$ W 9、重量 $\leq 6$ kg 10、LED数字显示屏，可编程操作，转速和相对离心力，可切换显示 11、离心完毕声音提示，顶盖自动开启	台	6400	1	6400
14	恒温水浴锅	HH- 2	1.用途：用于样品的恒温加热处理、蒸馏、干燥及浓缩等。 2.浴槽容积 $\geq 5$ L。 3.温度范围：室温~100℃，温度稳定性： $\leq \pm 0.5$ ℃。 4.工作电压：AC220V $\pm 10$ % 5.功率： $\geq 500$ W。 6.控温方式：数显。 7.温度分辨率： $\pm 0.5$ ℃。 8.仪器耐腐蚀，水槽为不锈钢材质，机箱为优质冷轧钢板。	台	1100	1	1100

15	可调式 漩涡混 匀器	Vor tex -3	1、用途：快检过程中样品的混匀。 2、运行方式：连续运转/点动 3、震荡方式：圆周振荡。 4、周转直径：≥4mm。 5、振荡转速：≥2800rpm，电机无级调速。 6、转速显示：刻度。 7、电机输出功率：≥15W。 8、频率：≤50HZ。 9、外壳防护等级：IP21。 10、工作台：碗型、平板型可调换，工作台面为耐磨天然橡胶。	台	1500	1	1500
16	样品粉 碎机	FW- 100	名称：高速万能粉碎机 型号：FW100 方式：高速碰撞破碎 性能：工作方式：持续 外装：冷轧钢板、表面耐药品性涂装 粉碎室：不锈钢一次拉伸 破碎刀：合金钢 粉碎室盖：不锈钢 结构：粉碎室直径（mm）：φ100 一次投入量（克）：100 电机转数（rpm）：24000 粉碎效果（目）：60-200 额定功率（KW）：0.46 控制：外形尺寸（宽*深*高 mm）：φ140*290 外包装尺寸（宽*深*高 mm）：325*180*190 电源（50/Hz）额定电流：AC220V/2.1A 净重/毛重：3/3.5 附件：毛刷、保险、扳手、破碎刀	台	2000	1	2000

17	手动 (可调式)移液器	/	<p>1、用途：食品检测过程中检测试剂与待测样液的量取，支持移液，混匀，分液和稀释功能</p> <p>2、量程：2-20 uL、20-200uL、100-1000uL、1000-5000uL 各一支</p> <p>3、下半支可高温高压消毒</p> <p>4、轻便且设计符合人机工效学</p> <p>5、误差要求：</p> <p>序号 量程 增量 系统误差</p> <p>1 2-20 <math>\mu</math>l 0.5 <math>\mu</math>l 20 <math>\mu</math>L: <math>\pm 0.18 \mu</math>L, <math>\pm 1.90\%</math>              10 <math>\mu</math>L: <math>\pm 0.12 \mu</math>L, <math>\pm 1.20\%</math>              2 <math>\mu</math>L: <math>\pm 0.06 \mu</math>L, <math>\pm 3.00\%</math></p> <p>2 20-200 <math>\mu</math>l 1 <math>\mu</math>l 200 <math>\mu</math>L: <math>\pm 1.20 \mu</math>L, <math>\pm 0.60\%</math>              100 <math>\mu</math>L: <math>\pm 0.80 \mu</math>L, <math>\pm 0.80\%</math>              20 <math>\mu</math>L: <math>\pm 0.60 \mu</math>L, <math>\pm 3.00\%</math></p> <p>3 100-1000 <math>\mu</math>l 5 <math>\mu</math>l 1000 <math>\mu</math>L: <math>\pm 6.00 \mu</math>L, <math>\pm 0.60\%</math>              500 <math>\mu</math>L: <math>\pm 3.50 \mu</math>L, <math>\pm 0.70\%</math>              100 <math>\mu</math>L: <math>\pm 2.00 \mu</math>L, <math>\pm 2.00\%</math></p> <p>4 1000-5000 <math>\mu</math>l 50 <math>\mu</math>l 5000 <math>\mu</math>L: <math>\pm 25.00 \mu</math>L, <math>\pm 0.50\%</math>              2500 <math>\mu</math>L: <math>\pm 15.00 \mu</math>L, <math>\pm 0.60\%</math>              1000 <math>\mu</math>L: <math>\pm 7.00 \mu</math>L, <math>\pm 0.70\%</math></p> 	把	400	4	1600
18	超声波清洗仪	GT-SONIC-D3	<p>1、用途：食品快检过程中样品的提取、混匀、细胞粉碎、脱气、试验器皿的清洗等。</p> <p>2. 数码显示超声工作时间和加热温度设置。</p> <p>3. 容量：<math>\geq 3</math>L。</p> <p>4. 超声频率：<math>\geq 40</math> kHz。</p> <p>5. 超声功率：<math>\leq 100</math> W。</p> <p>6. 加热功率：<math>\leq 100</math> W。</p> <p>7. 时间设置：1~99min。</p> <p>8. 加热设置：0~80℃。</p> <p>9. 内槽尺寸：<math>\leq 240 \times 140 \times 100</math> mm。</p> <p>10. 整机尺寸：<math>\leq 270 \times 170 \times 220</math> mm。</p>	台	2000	1	2000

19	电子天平	LC-JA3003	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、输入电源：220V/5V·2.5A</li> <li>2、频率：50Hz</li> <li>3、功率(W)：15W</li> <li>4、显示方式：LCD液晶显示</li> <li>5、准确度级别：II级</li> <li>6、称量范围(g)：0-300</li> <li>7、分度值(mg)：1</li> <li>8、去皮范围(g)：0-300</li> <li>9、线性误差(g)：±0.002</li> <li>10、重复性误差(g)：±0.001</li> <li>11、稳定时间(典型)(s)：≤6</li> <li>12、称量单位：g, ct, oz</li> <li>13、称量盘规格(mm)：φ80</li> <li>14、标配砝码(g)：50, 100, 200</li> <li>15、RS232接口：有</li> <li>16、净重(KG)：5.5</li> <li>17、产品尺寸(L×W×H mm)：355×213×346</li> </ol>	台	1800	1	1800
20	快检实验室配套	定制	实验室建设包含快检试验台、试剂架、洗手池、电源插口、制度牌等 具体费用是勘察现场后的报价。	套	183500	1	183500
21	配套试剂	定制	<p>配备食品、药品、化妆品等非法添加常用手操试剂，方便现场勘验使用，用于现场快速检测。 (备注：避免试剂过期，我们可代为保存一年，期间用户需要试剂，随时可配发最新日期的试剂、部分试剂参数如下)</p> <p>(氟虫腈-克百威-甲基异柳磷-水胺硫磷)快速检测四联卡： 1、适用于蔬菜水果 2、检出限：氟虫腈：0.02mg/kg、克百威：0.02mg/kg、甲基异柳磷：0.01mg/kg、水胺硫磷：0.05mg/kg。 ▲3、4种检测项目在一张检测卡上，提供产品说明书。 ▲4、具备二维码可追溯功能(提供检测卡图片和设备识别图片)。</p> <p>农残十六合一快速检测四联卡： 1、适用于蔬菜水果 2、检出限：吡虫啉0.1 mg/kg、百菌清0.5 mg/kg、克百威0.02 mg/kg等。 ▲3、假阳性率≤5%，假阴性率≤2.5%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告或评价产品目录复印件。 ▲4、16种检测项目在一张检测卡上，提供产品说明</p>	批	44400	1	44400

			<p>书。</p> <p>▲5、具备二维码可追溯功能（提供检测卡图片和设备识别图片）。</p> <p>（灭蝇胺-噻虫嗪-苯醚甲环唑-氯氟氰菊酯）快速检测四联卡：1、适用于豇豆</p> <p>2、检出限：灭蝇胺：0.5mg/kg、噻虫嗪：0.3mg/kg、苯醚甲环唑：0.02mg/kg、氯氟氰菊酯：0.2mg/kg。</p> <p>▲3、4种检测项目在一张检测卡上，提供产品说明书。</p> <p>▲4、具备二维码可追溯功能（提供检测卡图片和设备识别图片）。</p> <p>（毒死蜱-克百威-氟虫腈-啶虫脒）快速检测四联卡；1、适用于豇豆</p> <p>2、检出限：毒死蜱：0.02mg/kg、克百威：0.02mg/kg、氟虫腈：0.02mg/kg、啶虫脒：0.4mg/kg。</p> <p>▲3、4种检测项目在一张检测卡上，提供产品说明书。</p> <p>▲4、假阳性率≤5%，假阴性率≤2.5%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告或评价产品目录复印件。</p> <p>▲5、具备二维码可追溯功能（提供检测卡图片和设备识别图片）。</p>				
22	检验员培训及上岗证	/	/	个	2000	2	赠送
23	每周数据推送、案源研判	/	/	套	赠送	/	赠送
<b>总价</b>				<b>559800</b>			



## 二、交货时间：

合同签订后与甲方约定的交货时间。

## 三、付款方式：

按合同约定支付

## 四、服务期限：

按合同约定确定。

## 五、质量保证及售后服务承诺：

我公司具备履行合同的专业技术能力和硬件设施条件，针对本项目所需使用的全套设备，我公司按照实验室相关要求建立一套完备的售后服务体系。进行使用技术培训指导，且在设备投入正常使用后，我公司承诺将定期或不定期对客户单位进行回访，征求业主单位的意见并及时解决设备存在的问题。

报价单位（盖章）：食安云科技（河南）有限公司

法人（授权）代表签字：



# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于 河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街12号（北楼）云投小镇三楼B-024 的 食安云科技(河南)有限公司 的在下面签字的 刘志远、总经理 为本公司的合法代理人，就 伊犁州奎屯市快检实验室采购 的询价及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于法人签字或盖章后生效，特此声明。



法定代表人（个人签章或签字



单位名称（公章）：食安云科技（河南）有限公司



单位地址：河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街12号（北楼）云投小镇三楼B-024

