

5.5 在 AED 分析时，可检测病人的移动或触碰，以及电极片是否贴紧等干扰，如检测到干扰，会发出语音提示施救者。

6. 数据传输与存储

6.1 设备具备 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据

6.2 设备支持每日、每周、每月、每季度的设备自检，当设置为每日自检时，每次自检均支持充放电检测。

7. 出厂日期 \leq 1 年，整机完整包装交付。

四、保修期： \geq 整机质保 2 年（电极片除外）

五、到货期：30 天

六、付款方式：货到安装验收合格后一个月支付 90%合同款，剩余 10%质保期满后付清。

注明：投标方需提供所投设备技术白皮书、设备生产厂家彩页资料等